ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Philips Healthcare Philips INCISIVE CT ESSENTIAL	տոմոգրաֆիկ սարքեր	Philips Healthcare Philips INCISIVE CT ESSENTIAL	Philips	Համակարգչային տոմոգրաֆ Philips Healthcare Philips INCISIVE CT ESSENTIAL 128 շերտանի պարուրային համակարգչային տոմոգրաֆ ընդհանուր և հատուկ կլինիկական հետազոտությունների համար, բժիշկի համար աշխատանքային կայանի, գլխի և անոթների և պերֆուզիոն վերլուծության, անոթաբանական և այլ հետազոտությունների ծրագրերի առկայությամբ Պարտադիր պահանջներ Փաստացի շերտերի թիվը 360° պտույտի դեպքում 64 բոլոր արագություններով, իսկ նաև

						ալգորիթմով ստացված շերտերի քանակը 128 360 աստիճանի պտտման ամենակարճ ժամանակը 0,5 վ Ապերտուրայի բացվածքը՝ 72 սմ տրամագծով Z առանցքով դետեկտորի լայնությունը 40մմ, դետեկտորի շարքերի քանակը՝ 64 Գլխուղեղի ԿՏ-պերֆուզիոն հետազոտությունների վերլուծության համար նախատեսված մասնագիտացված ծրագիր (առկա է), որը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. Տվյալների որակական և քանակական գնահատում՝ կոնտրաստային նյութի ներարկումից հետո ստացված ԿՏ պատկերաշարերում հյուսվածքների խտության փոփոխությունների հիման վրա- առկա է Պերֆուզիոն ցուցանիշների քանակական գնահատում՝ արյան հոսքի արագություն, ծավալ, ժամանակային պարամետրեր և անոթային թափանցելիության ցուցանիշներ -Առկա է Արդյունքների ներկայացում՝ աղյուսակային, գրաֆիկական տեսքով, ինչպես նաև պերֆուզիայի ցուցանիշների բաշխման գունային (ֆունկցիոնալ)

						քարտեզներով՝ արյան հոսքի արագություն, ծավալ, ժամանակային բնութագրեր, համակցված ֆունկցիոնալ քարտեզներ նեյրոպերֆուզիայի համար՝ ուղեղի իշեմիայի, ինֆարկտի ծավալների և անհամապատասխանության գործակցի (mismatch) ավտոմատ որոշմամբ, ձեռք բերված տվյալների հաշվետվության մեջ պահպանմամբ-առկա է Գլխուղեղի հեմատոմայի ավտոմատ գնահատման և Վիլլիսիի շրջանի անևրիզմաների անոթային անալիզի ծրագրային ապահովում - առկա է Գլխուղեղի պարենխիմայի վերլուծության և ASPECTS սանդղակով ավտոմատ գնահատման ծրագրային ապահովում-առկա է Պարագաներ Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ (օրինակ՝ մալուխներ, տեղադրման նյութեր, մեկուսիչ նյութեր և այլն)

						"Մեկ հատ վզի շրջանի ճառագայթային պաշտպանության հագուստ -առկա է "Մեկ հատ ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստ - առկա է Անհրաժեշտ որակի ապահովման ֆանտոմների առկայություն՝ CT սկաների պատկերի որակը և կարգաբերումը ստուգելու համար-առկա է Ֆանտոմի պահիչ-առկա է Ռենտգենյան ճառագայթի առավելագույն լարման ՝ 150 ԿՎ. պաշտպանիչ ապակին պատին ամրացնելու շրջանակով կմատակարարվի և կտեղադրվի առկա 110 x 90 սմ. չափի; տեսանելի լույսի փոխանցելիությունը՝ առնվազն 90%, հաստությունը՝ ոչ պակաս 8.0 մմ, առանց օդային պղպջակների Ինժեկտոր-ներարկիչի առկայություն կոնտրաստային նյութի համար՝ երկու 100/100 մլ սրվակներով, մատակարարվող սարքի հետ աշխատելու հնարավորությամբ - առկայություն, հեռակառավարման վահանակ Լրակազմ և պարագաներ 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙ ЭС АЙ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					

համար Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման-Առկա է Անխափան սնուցման աղբյուրից (UPS) մինչև համակարգչային տոմոգրաֆի սարքավորում եռաֆազ հոսանքի սնուցման մալուխի առկայություն (մինչև 30 մետր) և այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման համար բոլոր պարագաների առկայություն (ամրակներ, անջատիչ և այլն), ինչպես նաև այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման աշխատանքների իրականացում Տեղադրում և մեկնարկ 4-օրյա աշխատակազմի ուսուցում տեղում 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայց սարքավորման ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգումը կկատարվի ոչ ավելի քան 10 օրվա ընթացքում: Ռենտգենյան խողովակի կամ դետեկտորի խափանման դեպքում վերանորոգումը կկատարվի ոչ ավելի քան 30 օրվա ընթացքում Օգտագործողի ձեռնարկները,

						տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, կտրամադրվեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված Ապրանքը արտադրված կլինի պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդող առավելագույնը 12 ամսվա ընթացքում Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցնելու դեպքում կներկայացվի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը կհաստատի տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո պարտավորվում ենք մշտապես տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո պարտավորվում ենք սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել

					պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո պարտավորվում ենք սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 9001 3. ISO 14001 4. ISO 14971 5. IIb կամ III ռիսկայնության դասի բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ