

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չունլի, (CHUNLI),	Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե	Չունլի, (CHUNLI),	Չինաստան	6. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման սյուրը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակման shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում: Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ Էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք

					քացախափոսային պտուտակների համար : համապատասխանաբար Չափի՝ Արտաքին տրամագծի, Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակի, 44/46, 46/48, 48/50, 50/52, 52/54, 54/56, 56/58, 58/60, Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 3մմ , 60/62, 62/64, 64/66, 66/68, 68/70 Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 5մմ: Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ, 4. Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային 7. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ: 8. Կոնք-ազդրային
--	--	--	--	--	--

					հողի ցեմենտային երկբևեռ մոդուլյար էնդոպրոթեզ : Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով:Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Մասնակիցը հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն
--	--	--	--	--	---

					նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում՝ տրամադրելով իմպլանտների ողջ շարքը և տեղադրման գործիքները
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					