

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլենտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	JD002/WB-1L2HP	Auxilab/Scitek	Նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում օգտագործելու համար և ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճանային վերահսկողություն: Տարողունակություն: 6 լիտր Ջերմաստիճանի միջակայք և ճշգրտություն: $+5^{\circ}\text{C}$-ից մինչև 100°C, ճշտությունը՝ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի ցուցադրման և կարգավորման թույլտվություն: 0.1°C Ջերմաստիճանի հավասարաչափություն և տվիչ: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$: Ունի թվային LCD էկրան: Ներքին մասը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Հավաքածուն պետք է ներառի չժանգոտվող պողպատից հարթ կափարիչ նաև հետևյալ լրացուցիչ պարագաները 6 լիտրանոց ջրային բաղնիքի համար՝ - Կափարիչ համակենտրոն օղակներով (Concentric Ring Cover Set) Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ - Չափսեր: $330 \times 182 \times \text{h}20$ մմ - Առանձնահատկություն: Երկու համակենտրոն օղակների հավաքածու՝ նախատեսված տարբեր չափսերի անոթներ տեղադրելու համար: - Փորձանոթների տեղադրիչ (Test Tube Rack) Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ - Չափսեր: $220 \times 125 \times \text{h}78.5$ մմ Նախատեսված է 15 փորձանոթի համար, որոնց տրամագիծը մինչև 32 մմ է:

			Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
17			