

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-8-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |          |  |   |
|--------------------|---------------------|----------|--|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                         | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 66                 | SAV MEDICAL         | Gel&Clot | Hangzhou Ciping<br>Medical Devices<br>Co., Ltd | Ստերիլ վակուումային փորձանոթ շիճուկի անջատման<br>համար (հելով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը<br>13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800<br>պտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4-<br>+25°C ջերմաստիճանում: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակուումային<br>փորձանոթ հելով: Ցանկացած մատակարարված<br>խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների<br>առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված:<br>Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի<br>առնվազն 1/2-ի առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-8-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |          |  |  |
|------------|--------------------|----------|--|--|
|            | товарный знак      | марка    | наименование производителя               | технические характеристики   |
| 66         | SAV MEDICAL        | Gel&Clot | Hangzhou Ciping Medical Devices Co., Ltd | Ստերիլ վակոււմային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելլով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800 պտտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4-+25°C ջերմաստիճանում: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակոււմային փորձանոթ հելլով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: |