

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	<p>Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 5,0 մմ արգելափակող պտուտակների և 4,5 մմ պտուտակների համար:</p> <p>Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր, ISO 10974:2018 հավաստագիր և առնվազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը</p>

արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը :Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ:

Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ՝ 6 անցք, 8 անցք, 10 անցք: Ձախ՝ 6 անցք, 8 անցք, 10 անցք: Շաղափի ուղղորդիչ նախատեսված 5.0 մմ արգելափակող պտուտակների անցքերի համար 4.3 մմ հաստությամբ շաղափի համար-1, 4.3 մմ հաստությամբ շաղափ-1, Ուժաչափով պտուտակահան 5.0մմ

					արգելափակող պտուտակների համար-1:
--	--	--	--	--	-------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия в платформе должны быть рассчитаны на винты с фиксатором диаметром 5,0 мм и винты диаметром 4,5 мм. Производственная организация должна иметь как минимум сертификаты ISO 9001:2015, ISO 10974:2018 и ISO 13485:2016. В соответствии со статьей 2 Закона РА НО-325-N «О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ», Участник должен предоставить сертификат соответствия, разрешительное письмо (гарантийное письмо),

				<p>предоставленное производителем изделия вместе с Заявкой, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения, предоставленный производителем изделия. Имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием изделия. По запросу заказчика для хранения предоставляется одна из перечисленных ниже платформ, а по запросу после использования она должна быть доставлена в течение 24 часов. Справа: 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий. Слева: 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий.</p> <p>Направляющая для сверла, предназначенная для отверстий под стопорные винты 5,0 мм, для винта толщиной 4,3 мм-1, винт толщиной 4,3 мм-1, динамометрическая отвертка для стопорных винтов 5,0 мм-1.</p>
--	--	--	--	---