

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 2.4 մմ արգելափակող պտուտակների և 2.7 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնվազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր

պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ՝ 3 անցք, 4 անցք: Ձախ՝ 3 անցք, 4 անցք: Գործիքի անվանում՝ շաղափի փոփոխական անկյամբ ուղղորդիչ 2.4 մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար-1հատ, շաղափ 1,8 մմ-1հատ, շաղափ 2.0 մմ, 2.4 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով

					պտոՆտակահան-1հատ
--	--	--	--	--	------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия в платформе должны быть рассчитаны на винты с фиксатором диаметром 2,4 мм и винты диаметром 2,7 мм. Производственная организация должна иметь как минимум сертификат ISO 9001:2015 и как минимум сертификат ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификат CE. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Армения НО-325-N «О медицинской помощи и обслуживании населения», Участник должен предоставить

сертификат соответствия,
разрешительное письмо
(гарантийное письмо),
предоставленное производителем
продукции вместе с Заявкой, а на
этапе исполнения договора —
сертификат происхождения,
предоставленный производителем
продукции. Поставщик должен
предоставить инструменты для
установки платформы. Платформа
должна иметь индивидуальную
упаковку и этикетку с описанием
продукта. По запросу заказчика
для хранения должна быть
предоставлена одна из
перечисленных ниже платформ, а
после использования, по запросу,
она должна быть доставлена в
течение 24 часов. Справа: 3
отверстия, 4 отверстия. Слева: 3
отверстия, 4 отверстия.
Наименование инструмента:
Направляющая для сверла с
регулируемым углом наклона для
отверстий под стопорные винты 2,4
мм - 1 шт., сверло 1,8 мм - 1 шт.,
сверло 2,0 мм, отвертка с
ограничителем усилия для

стопорных винтов 2,4 мм - 1 шт.