

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	-	-	<p>Նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում օգտագործելու համար և ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճանային վերահսկողություն:</p> <p>Տարողունակություն: 6 լիտր Ջերմաստիճանի միջակայք և ճշգրտություն: +5°C-ից մինչև 100°C, ճշտությունը` ±0.1°C: Ջերմաստիճանի ցուցադրման և կարգավորման թույլտվություն: 0.1°C Ջերմաստիճանի հավասարաչափություն և տվիչ: ±1.0°C: Ունի թվային LCD Էկրան: Ներքին մասը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Հավաքածուն պետք է ներառի չժանգոտվող պողպատից հարթ կափարիչ նաև հետևյալ լրացուցիչ պարագաները 6 լիտրանոց ջրային բաղնիքի համար`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կափարիչ համակենտրոն օղակներով (Concentric Ring Cover Set) Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ Չափսեր: 330 x 182 x h20 մմ Առանձնահատկություն: Երկու համակենտրոն օղակների հավաքածու` նախատեսված տարբեր չափսերի անոթներ տեղադրելու համար: • Փորձանոթների տեղադրիչ (Test Tube Rack) Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ Չափսեր: 220 x 125 x h78.5 մմ <p>Նախատեսված է 15 փորձանոթի համար, որոնց տրամագիծը մինչև 32 մմ է:</p>

			<p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	---

			<p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	---