

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)	HUMAN Diagnostics	Human	Human	"Արյան մեջ g ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ:Բիռեագենտի չափը` 1X10 մլ, բուֆեր` 1X40 մլ, ստանդարտի չափը 2x1մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և

					արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ` ISO 13485, ISO9001, EMAS III:"
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)	HUMAN Diagnostics	Human	Human	"Արյան մեջ g ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ:Բիոռեագենտի չափը` 1X10 մլ, բուֆեր` 1X40 մլ, ստանդարտի չափը 2x1մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և

					արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ` ISO 13485, ISO9001, EMAS III:"
--	--	--	--	--	--