

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive)	HUMAN Diagnostics	HUMAN	HUMAN	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive): Դետերգենտի պարունակությունը լուծույթուն պետք է ոչ ավել լինի քան 25%-ոց թվին 20 կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավտոմատ և HumaLyser 4000 կիսաավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Լվացող հեղուկի 50 պրոմիլ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 1 լիտր դեիոնիզացված ջրի մեջ լուծելու համար: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային,

					փաթեթավորված լինի 4X25մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինի օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2-25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 4X25մլ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UFЧ-ЕЦДЦПДР 26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
72	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive)	HUMAN Diagnostics	HUMAN	HUMAN	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive): Դետերգենտի պարունակությունը լուծույթուն պետք է ոչ ավել լինի քան 25%-ոց թվին 20 կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավտոմատ և HumaLyser 4000 կիսաավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Լվացող հեղուկի 50 պրոմիլ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 1 լիտր դեփոնիզացված ջրի մեջ լուծելու համար: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային,

					փաթեթավորված լինի 4X25մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինի օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2-25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 4X25մլ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:
--	--	--	--	--	--