ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԷՍԵՆՍ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/52 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Model: AD-S0408	«ԱՐՄԷՍԵՆՍ» ՍՊԸ	Սարքը նախատեսված է բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար՝ լաբորատոր և բժշկական նպատակներով։ Այն կլինի լիովին ավտոմատացված, կունենա ներկառուցված ջրի կուտակման տարողություն և էներգախնայող համակարգ։ Նյութեր՝ ջրի և գոլորշու հետ շփվող բոլոր դետալները (ներառյալ թորման խցիկը, պահեստային բաքը, խողովակները) և ջեռուցման տարրերը (տաքացուցիչ) պատրաստված կլինեն AISI 304 L (կամ համարժեք) տիպի չժանգոտվող պողպատից՝ կոռոզիակայունությունն ապահովելու համար։ Սարքի արտաքին պատյանը պատրաստված կլինի ցինկապատ պողպատից՝ պատված էլեկտրաստատիկ փոշեներկմամբ՝ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար։ Սառեցնող համակարգը տեղադրված կլինի պահեստային բաքի վերին հատվածում (ներսում)՝ ապահովելով կոմպակտություն և ջերմափոխանակման արդյունավետություն։ Գազազրկում՝ Սարքի վերին հատվածում առկա կլինի հատուկ գազանցք՝ ածխաթթու գազի (CO2) հեռացման համար։ Սպասարկման հարմարավետություն՝ պահեստային բաքը և թորման խցիկը

			կունենան հեշտ բացվող/բարձրացվող կափարիչներ՝ ներքին մակերեսները հեշտությամբ մաքրելու և սպասարկելու համար։ Թորած ջրի դուրսբերման համար սարքը հագեցած կլինի հարմարավետ փականով ծորակով։ Սարքը կունենա ինչպես պատից կախելու, այնպես էլ սեղանի վրա տեղադրելու հնարավորություն։ Այդ նպատակով այն համալրված կլինի հատուկ կախիչներով (ամրացման բռնակներով) և հարթ մակերեսի վրա կայունությունն ապահովող սիլիկոնե ոտքերով։ Ավտոմատ կառավարում՝ պահեստային բաքը ամբողջությամբ լցվելու դեպքում սարքը ավտոմատ կանջատվի (ներառյալ ջրի մուտքը)՝ ջրի և էլեկտրաէներգիայի ավելորդ ծախսից խուսափելու համար։ Պահեստային բաքից ջուր վերցնելիս (երբ մակարդակը իջնում է), սարքը ավտոմատ կվերսկսի աշխատանքը։ Անվտանգություն՝ թորման խցիկում ջրի անբավարար մակարդակի կամ գերլցման դեպքում կգործի վթարային անջատման ավտոմատ համակարգ։ Ջրամատակարարման վերականգնման կամ ցուցանիշների նորմալացման դեպքում սարքը ինքնուրույն կվերադառնա աշխատանքային ռեժիմի։ Թորման արտադրողականություն՝ 4±0,5 լիտր/ժամ Արտադրված ջրի էլեկտրահաղորդականություն՝ 2.3 (±0.5 թույլատրելի շեղումով) մկՍմ/սմ, 25°C ջերմաստիճանում Ներկառուցված պահեստային բաքի ծավալ 8±0,5 լիտր Սառեցման ջրի ծախս ոչ ավել, քան 45±3 լիտր/ժամ Էլեկտրական հզորություն 3.0 կՎտ (± 10% թույլատրելի շեղումով) Էլեկտրասնուցում՝ 220-230 Վ, 50-60 Հց, միաֆազ։ Սարքը կմատակարարվի տեղադրման և միացման համար անհրաժեշտ բոլոր դետալներով (խողովակներ, միացման պարագաներ և այլն), ինչպես նաև կիրականացվի տեղադրման աշխատանքները։ Առնվազն 1 տարվա երաշխիք։ Ապրանքը կլինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում։ Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМЭССЕНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Model: AD-S0408	«ԱՐՄԷՍԵՆՍ» ՍՊԸ	Устройство предназначено для получения высокоочищенной дистиллированной воды для лабораторных и медицинских целей. Установка должна быть полностью автоматизированной, оснащённой встроенной ёмкостью для накопления воды и энергосберегающей системой. Все элементы, контактирующие с водой и паром, включая дистилляционную камеру, накопительный бак, трубопроводы, а также нагревательные элементы, должны быть изготовлены из нержавеющей стали типа AISI 304L (или эквивалентной), обеспечивающей высокую коррозионную стойкость. Внешний корпус устройства должен быть выполнен из оцинкованной стали с электростатическим порошковым покрытием для защиты от внешних воздействий. Система охлаждения должна быть размещена во внутренней верхней части накопительного бака, что обеспечивает компактность конструкции и эффективный теплообмен. В верхней части устройства должен быть предусмотрен специальный газоотвод для удаления углекислого газа (CO_2). Для

			удобства обслуживания накопительный бак и дистилляционная камера должны быть оснащены легко открывающимися или откидными крышками, обеспечивающими свободный доступ для очистки и технического обслуживания внутренних поверхностей. Для отбора дистиллированной воды устройство должно быть оборудовано удобным запорным краном. Установка должна предусматривать возможность как настенного монтажа, так и установки на столе. Для этого устройство должно быть укомплектовано специальными крепёжными элементами (кронштейнами) и силиконовыми ножками, обеспечивающими устойчивость на горизонтальной поверхности. Система автоматического управления должна обеспечивать автоматическое отключение устройства, включая подачу воды, при полном заполнении накопительного бака с целью предотвращения перерасхода воды и электроэнергии. При отборе воды из накопительного бака и снижении уровня установка должна автоматически возобновлять работу. В целях безопасности при недостаточном уровне воды в дистилляционной камере либо при переполнении должна срабатывать система аварийного автоматического отключения. После восстановления подачи воды или нормализации параметров устройство должно автоматически возвращаться в рабочий режим. Производительность дистилляции составляет 4±0,5 л/ч. Электропроводность получаемой воды не должна превышать 2,3 мкСм/см с допустимым отклонением ±0,5 мкСм/см при температуре 25 °С. Объём встроенного накопительного бака составляет 8±0,5 л. Расход охлаждающей воды - не более 45±3 л/ч. Электрическая мощность установки составляет 3,0 кВт с допустимым отклонением ±10 %. Электропитание – 220-230 В, 50-60 Гц, однофазное. Устройство должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми элементами для установки и подключения (трубопроводы, соединительные элементы и т.д.), а также с выполнением монтажных работ. Гарантия не менее 1

			года. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой.