

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Tellyes	TYE9021	Բազմաֆունկցիոնալ մանկական խնամքի սիմուլյատոր Պետք է մոդելավորի 5 տարեկան երեխայի՝ տարբեր գործառնություններով և գործողություններով: Առնվազն հետևյալ հմտությունների ուսուցում` · IV պոլնկցիայի պրակտիկա՝ իրատեսական «անցումով» և արյան հետհոսքով · Կաթետերիզացում · Էնեմա (enema) կատարում · Մարմնի բարուրման, լոգանքի և հագուստի փոխման պրակտիկա · Աչքի շրջանի խնամք և դեղորայքային բուժում · Բերանի խոռոչի հիգիենա, լսողական խոռոչի մաքրում · Տրախեոտոմիայի խնամք, մատից նմուշառում · Ներմկանային ներարկում · Քթային և բերանային գաստրիկ խողովակների տեղադրում · Կոլոստոմիայի և իլեոտոմիայի խնամք · Վենիպոլնկցիայի ուսուցում, ներոսկրային ներարկում Հատկանիշներ` · Անատոմիա՝ մանեկենը պետք է ունենա թարթող աչքեր, ատամներ, լեզու, լսողական ուղիները, տրախեոտոմիայի վերք, բազկի երակ և նախաբազկի երակ, որովայնի պատ, իլեոստոմա, ազդրի արտաքին լայն մկան(vastus lateralis), արական/իգական օրգաններ, հետանցք, ստամոքս, թոքեր, միզապարկ

Մանեկենը պետք է լինի իրատեսական՝ 1) Ակտիվ հոդերը հորիզոնական տարբեր դիրքերում ներառում են՝ պարանոցային ողերը(cervical vertebra), ուսային հոդը, արմունկային հոդը, դաստակային հոդը, կոնքազդրային հոդը և ծնկան հոդը: 2) Ներքին օրգանները պետք է ներառեն ստամոքս, թոքեր, միզապարկ և աղիներ 3) Փոխարինելի տղայի և աղջկա սեռական օրգաններ չիմնական առանձնահատկություններ՝ 1) IV ուսուցման համար ձեռք՝ իրատեսական անցումով և արյան հետհոսքով 2) Արյան ճնշման սիմուլյացիոն մոդուլի առկայություն հետևյալ գործառնություններով՝ Ոչ ինվազիվ արյան ճնշումը կարող է չափվել իրական արյան ճնշման մոնիտորի միջոցով, ստեթոսկոպի առկայություն՝ ներառյալ Կորոտկովի ձայն ճնշման արժեքը ցուցադրվում է դինամիկ ձևաչափով՝ մմ ս.ս.-ով և արժեքը հնարավոր է ճշգրիտ կարգավորել՝ 1 մմ ս.ս. ճշգրտությամբ: Հնարավոր է կարգավորվել սիստոլիկ և դիաստոլիկ արյան ճնշումը, ծավալը և զարկերի հաճախականությունը: Կարգավորման միջակայք ոչ պակաս, քան՝ 0-300 մմ ս.ս.: Սիստոլիկ և դիաստոլիկ ճնշումը, ծավալը և սրտի հաճախականությունը կարող են միաժամանակ ցուցադրվել LED էկրանին Ավտոմատ կարգաբերում, ցածր էներգիայի սպառում: Համակարգը պետք է անջատվի 10 րոպե չափաատելու պարագայում: Մարտկոցը կարող է օգտագործվել առնվազն 1 կիսամյակ: 3) Ձայնային մոդուլի առկայություն՝ Սրտի նորմալ և անոմալ ձայներ (ոչ պակաս, քան՝ 14), շնչառական ձայներ (ոչ պակաս, քան՝ 13) և աղիների ձայներ (ոչ պակաս, քան՝ 6), ինչպես նաև հիվանդի ձայնը (ոչ պակաս, քան՝ 21) ըստ ընտրության: Միաժամանակ և ցանկացած համադրությամբ կարող են նվազարկվել 5 տարբեր տեսակի ձայներ՝ էկրանին համապատասխան կարգավիճակը ցուցադրելով: Ականջակալները կարող են օգտագործվել ինքնուրույն ուսուցման համար: Ուսուցիչը կարող է օգտագործել ձայնային տուփը (sound box)՝ ցուցադրական նպատակներով ձայներ հեռարձակելու համար: Սիմուլյատորի ներսում պետք է լինի նաև բարձրախոս: Առնվազն 5V DC սնուցման աղբյուրի առկայություն Քաշը ոչ ավել, քան 16 կգ Բաղադրիչներ՝

			Բազմաֆունկցիոնալ մանկական խնամքի սիմուլյատոր - 1 հատ Կաթետեր - 1 հատ Անոսային խողովակ (anal canal)- 1 հատ Հագուստ - 1 հատ Հեղուկի ռեգերվուար - 1 հատ 2 մլ ներարկիչ - 1 հատ Ձայնային մոդուլ - 1 հատ Մալուխ - 1 հատ Ադապտատոր - 1 հատ Արյան ճնշման չափման համար ձեռք - 1 հատ Արյան ճնշման կառավարման բլոկ- 1 հատ Ստետոսկոպ - 1 հատ Սֆիգմոմանոմետր - 1 հատ Տղամարդու սեռական օրգան - 1 հատ Իգական սեռական օրգան - 1 հատ IV ձեռք/բազուկ/ - 1 հատ IO ոտք - 1 հատ Ոտքի մաշկ - 1 հատ Ոսկրածուծի պոլսկցիայի բլոկ - 5 հատ 50 մլ ներարկիչ - 1 հատ Մատից արյուն վերցնելու մոդուլ - 1 հատ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-11-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
14			