

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊԵԱՃ26-11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59                 | Չոր օդային<br>պահարանի<br>ինդիկատոր 180CO | ВИНАР               | "ВИНАР" ООО            | Չորացման պահարանների համար նախատեսված՝<br>աշխատանքային ռեժիմների վերահսկման,<br>ջերմաստիճանի և չորացման գործընթացի<br>արդյունավետության ստուգման: Քիմիական<br>ինդիկատորային շերտ, որը փոխում է գույնը՝ կախված<br>ծերմաստիճանից, ազդեցության տևողությունից:<br>Չափսերը՝ ստանդարտ, ջերմաստիճանի միջակայքը 60'<br>C-1800 C: Մ/օ, պիտանելիության ժամկետը 2-3<br>տարի: Համապատասխանում է ISO 11140 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНБЦД26-11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар             |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование         | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59         | Индикатор д/сухажара 180/60-02 | ВИНАР         | "ВИНАР" ООО                | Тест-полоски для автоклавирования, предназначенные для контроля процесса стерилизации в автоклаве. Тест на температуру, давление и проникновение пара. Химический индикатор, прозрачный, меняющий цвет под воздействием пара. Режимы работы: 1210 °С - 15-20 минут, 1320-1340 °С - 3-5 минут. Стандартные размеры, масса, срок годности: 2-3 года. Соответствует стандарту ISO 11140-1 или эквивалентному. |