

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վիրաբուժական Էլեկտրադանակ	վիրաբուժական Էլեկտրադանակ	վիրաբուժական Էլեկտրադանակ	վիրաբուժական Էլեկտրադանակ	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ. Բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն: Առավելագույն եղքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար` 400 Վտ 300 Օ-ի համար: Առավելագույն եղքային հզորություն միաբևեռ կոնտակտ կոագուլացիայի ռեժիմ` 120 Վտ 300 Օ-ի համար:

					Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ ցողացիր կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 Վտ 300 Օ-ի համար: Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 99 Վտ 100 Օ-ի համար: Ունի 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1, 2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կոագուլացիա: Միաբևեռ կտրվածք. Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2, 3: Միաբևեռ կոագուլացիա. ունի կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա: Երկբևեռ կոագուլացիա. ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա: Ակտիվացում. ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, միանգամյա օգտագործվող երկկոճակ բռնակ: ունի երկբևեռ ունեյի: Վերահսկում. Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ: Կարգավորումներ. Պարամետրերի կարգավորումները առջևի վահանակի վրա: Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 6
--	--	--	--	--	---

					հիշողություն: Անվտանգություն. Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)` վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը: Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տազնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ: Գեներատոր. Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր: Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA: Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 601 2-2: Սնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Պարագաներ. Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ: Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ: Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ: Բիպոլյար պինցետ մալուխով: Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ
--	--	--	--	--	--

					(2 հատ), խնամյալի էլեկտրոդի բազմակի օգտագործման մալուխ: 5 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1, ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1: Երաշխիքը 12 ամիս: Լրակազմ և պարագաներ. Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թ արտադրության:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	վիրաբուժական էլեկտրադանակ	վիրաբուժական էլեկտրադանակ	վիրաբուժական էլեկտրադանակ	վիրաբուժական էլեկտրադանակ	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ. Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն: Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 300 Օ-ի համար: Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոնտակտ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Օ-ի համար:

					Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ ցողացիր կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 Վտ 300 Օ-ի համար: Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 99 Վտ 100 Օ-ի համար: Ունի 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1, 2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կոագուլացիա: Միաբևեռ կտրվածք. Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2, 3: Միաբևեռ կոագուլացիա. ունի կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա: Երկբևեռ կոագուլացիա. ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա: Ակտիվացում. ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, միանգամյա օգտագործվող երկկոճակ բռնակ: ունի երկբևեռ ունեղի: Վերահսկում. Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ: Կարգավորումներ. Պարամետրերի կարգավորումները առջևի վահանակի վրա: Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 6
--	--	--	--	--	---

					հիշողություն: Անվտանգություն. Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)` վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը: Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տազնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ: Գեներատոր. Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր: Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA: Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 601 2-2: Սնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Պարագաներ. Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ: Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ: Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ: Բիպոլյար պինցետ մալուխով: Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ
--	--	--	--	--	--

					(2 հատ), խնամյալի էլեկտրոդի բազմակի օգտագործման մալուխ: 5 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1, ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1: Երաշխիքը 12 ամիս: Լրակազմ և պարագաներ. Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թ արտադրության:
--	--	--	--	--	--