

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	Կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ (AED) դեֆիբրիլատոր Պետք է լինի անվտանգ և հեշտ օգտագործման համար Պետք է նախատեսված լինի մեծահասակների և երեխաների վերակենդանացման համար Պետք է ճանաչի փորոքային ֆիբրիլյացիան և այլ փորոքային տախիկարդիաները և ուղղորդի օպերատորին դեֆիբրիլյացիայի գործընթացում Ալիքի ձևը՝ երկփուլային կտրատված էքսպոնենցիալ (Biphasic Truncated Exponential, BTE): Էներգիայի ընտրությունը՝ ոչ պակաս քան 150J,

150J, 200J Լիցքավորման
Ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ՝
մինչև 150J և ոչ ավելի քան 15 վրկ՝
մինչև 200J Գործարկման համար ոչ
պակաս քան միացման/անջատման
և հարվածի (Shock) կոճակների
առկայություն Ձայնային
հրահանգների (ոչ պակաս քան 20
լսելի հուշում) և տեսողական
ցուցումների (LED ցուցիչներով)
առկայություն Պետք է ունենա
պաշտպանական արգելափակում՝
պատահական դեֆիբրիլյացիան
կանխելու համար
Վերալիցքավորվող մարտկոցի
առկայություն Ներկառուցված
մարտկոցի առկայություն
Մարտկոցից ոչ պակաս քան 100
լիցքաթափում Պետք է
համապատասխանի
անվտանգության IEC 60601-1
ստանդարտին Պարագաներ. (ոչ
պակաս քան) Ոչ պակաս քան 2
միանգամյա օգտագործման, ոչ
բևեռացված էլեկտրոդ
մեծահասակների համար Ոչ պակաս
քան 2 միանգամյա օգտագործման,
ոչ բևեռացված էլեկտրոդ
երեխաների համար AED

				<p>տեղափոխման/պահպանման պայուսակի առկայություն Այլ պայմաններ. Աշխատակազմի ռեսուրսում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p> <p>Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲՈՃԱՊՁԲ-2026/27
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					