

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՓԻԷՖ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Electrocardiograph ECG1200G	Electrocardiograph ECG1200G	Electrocardiograph ECG1200G	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3/6/12-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. Անկյունագիծը` 8" (203մմ), գունավոր, 1280*800 Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 2.5, 5, 10, 20, 40, ±5%, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS

տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինս ինդեքս P, R, T առանցք

Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ<sup>2</sup> Ձայնագրող թուղթ՝ 210մմ x 30մմ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5/6.25/10/12.5/25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց, 14.8Վ, 3700 մ.ա.ժ. Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 180 րոպե՝ տպելով, 600 րոպե՝ առանց տպելու Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա էլեկտրոսուղումը՝ 100-240 Վ, 50/60 Հց Չափսերը՝ 334\*320\*85մմ, կշիռը՝ 3.2 կգ Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1.

				<p>Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ էՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ՝ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ПИЭФ ГРУПП" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՄԼ ԲԱԶՎՊՁԲ-2026/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					