

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	LC-04B	LC-04B	RollMed (CHINA)	<p>Ռոտորի բնիկների քանակը՝ 8×15մլ, ցենտրիֆուգի առավելագույն ծավալը՝ 120մլ, փորձանոթների ադապտերների ներքին տրամագիծը՝ 17×105մմ (±5%): Ցենտրիֆուգը պետք է ապահովի կարգավորվող կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ 2420 xg՝ 4000 պտ/ր առավելագույն արագության դեպքում, 100-ից մինչև 4000 պտ/ր արագության ընտրության հնարավորությամբ: Արագության, փոփոխության քայլ՝ 100 պտույտ/րոպե, արագացման ժամանակը՝ 15վ, աշխատանքի տևողությունը՝ 0-99 րոպե: Հզորություն՝ 220 /60 Վ/Հց, փորձանոթների ադապտերների չափսերը՝ երկարություն՝ 100մմ (±0.5մմ), բարձրություն՝ 21մմ (±0.5)մմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները,</p>

				անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	LC-04B	LC-04B	RollMed (CHINA)	<p>Ռոտորի բնիկների քանակը՝ 8×15մլ, ցենտրիֆուգի առավելագույն ծավալը՝ 120մլ, փորձանոթների ադապտերների ներքին տրամագիծը՝ 17×105մմ (±5%): Ցենտրիֆուգը պետք է ապահովի կարգավորվող կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ 2420 xg՝ 4000 պտ/ր առավելագույն արագության դեպքում, 100-ից մինչև 4000 պտ/ր արագության ընտրության հնարավորությամբ: Արագության, փոփոխության քայլ՝ 100 պտույտ/րոպե, արագացման ժամանակը՝ 15վ, աշխատանքի տևողությունը՝ 0-99 րոպե: Հզորություն՝ 220 /60 Վ/Հց, փորձանոթների ադապտերների չափսերը՝ երկարություն՝ 100մմ (±0.5մմ), բարձրություն՝ 21մմ (±0.5)մմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները,</p>

				անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	---