

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	AED դեֆիբրիլատոր Կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ (AED) դեֆիբրիլատոր Պետք է լինի անվտանգ և հեշտ օգտագործման համար Պետք է նախատեսված լինի մեծահասակների և երեխաների վերականգնանացման համար Պետք է ճանաչի փորոքային ֆիբրիլյացիան և այլ փորոքային տախիկարդիաները և ուղղորդի օպերատորին դեֆիբրիլյացիայի գործընթացում Ալիքի ձևը՝ երկփուլային կտրատված Էքսպոնենցիալ (Biphasic Truncated Exponential, BTE): Էներգիայի

					ընտրությունը՝ ոչ պակաս քան 150յ, 150յ, 200յ Լիցքավորման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ՝ մինչև 150յ և ոչ ավելի քան 15 վրկ՝ մինչև 200յ Գործարկման համար ոչ պակաս քան միացման/անջատման և հարվածի (Shock) կոճակների առկայություն Ձայնային հրահանգների (ոչ պակաս քան 20 լսելի հոլշում) և տեսողական ցուցումների (LED ցուցիչներով) առկայություն Պետք է ունենա պաշտպանական արգելափակում՝ պատահական դեֆիբրիլյացիան կանխելու համար Վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Մարտկոցից ոչ պակաս քան 100 լիցքաթափում Պետք է համապատասխանի անվտանգության IEC 60601-1 ստանդարտին Պարագաներ. (ոչ պակաս քան) Ոչ պակաս քան 2 միանգամյա օգտագործման, ոչ բևեռացված էլեկտրոդ մեծահասակների համար Ոչ պակաս քան 2 միանգամյա օգտագործման, ոչ բևեռացված էլեկտրոդ
--	--	--	--	--	--

					Երեխաների համար AED տեղափոխման/պահպանման պայուսակի առկայություն Այլ պայմաններ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					