

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BIOBASE	PH-20F	Biobase Biodustry Co., Ltd	Լաբորատոր չափումներ անցկացնելու համար: Գրպանի չափիչ՝ լուծույթի pH-ը չափելու համար: LCD էկրանը ցույց է տալիս ինչպես pH-ը, այնպես էլ ջերմաստիճանը: Միջակայք՝ սկսած՝ 0.00-14.00 pH: pH ճշգրտություն 25°C՝ (± 0.1 pH), ջերմաստիճանի ճշտությունը 25°C ($\pm 0.5^\circ\text{C}$): PH տրամաչափումը ավտոմատ է, մեկ կամ երկու կետով ստանդարտ լուծույթներով (pH 4.01, 7.01, 10.01): Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊԶԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	BIOBASE	PH-20F	Biobase Biodustry Co., Ltd	Լաբորատոր չափումներ անցկացնելու համար: Գրպանի չափիչ՝ լուծույթի pH-ը չափելու համար: LCD էկրանը ցույց է տալիս ինչպես pH-ը, այնպես էլ ջերմաստիճանը: Միջակայք՝ սկսած՝ 0.00-14.00 pH: pH ճշգրտություն 25°C՝ (± 0.1 pH), ջերմաստիճանի ճշտությունը 25°C ($\pm 0.5^\circ\text{C}$): PH տրամաչափումը ավտոմատ է, մեկ կամ երկու կետով ստանդարտ լուծույթներով (pH 4.01, 7.01, 10.01): Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: