

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	QIDA	QIDA	QD-300	Zhejiang Qida Medical Technology Co., Ltd.	Կշեռք մանկական հասակաչափով Հարմարավետ, հուսալի և գեղեցիկ ձևավորված Էլեկտրոնային մանկական կշեռք Պետք է ունենա թվային Էկրան Պետք է ունենա ներկառուցված հասակաչափի Հասակաչափը պետք է ունենա շարժական մետր մանկան հասակը ճշգրիտ չափման նպատակով Հասակի չափումը ոչ պակաս քան 35-65 սմ սահմաններում Կշեռքը առավելագույն սահմանը ոչ պակաս քան 20 կգ Աստիճանավորումը ոչ ավելի քան 5 գրամ Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 5 գրամ Ավտոմատ

				<p>գրոյացման գործառույթի առկայութիւնը Մարտկոցը խնայելու համար ավտոմատ անջատման գործառույթ Լրակազմ և պարագաներ Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերէն կամ անգլերէն կամ ռուսերէն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայութիւն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	QIDA	QIDA	QD-300	Zhejiang Qida Medical Technology Co., Ltd.	Կշեռք մանկական հասակաչափով Հարմարավետ, հուսալի և գեղեցիկ ձևավորված էլեկտրոնային մանկական կշեռք Պետք է ունենա թվային էկրան Պետք է ունենա ներկառուցված հասակաչափի Հասակաչափը պետք է ունենա շարժական մետր մանկան հասակը ճշգրիտ չափման նպատակով Հասակի չափումը ոչ պակաս քան 35-65 սմ սահմաններում Կշռելու առավելագույն սահմանը ոչ պակաս քան 20 կգ Աստիճանավորումը ոչ ավելի քան 5 գրամ Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 5 գրամ Ավտոմատ

				<p>գրոյացման գործառույթի առկայութիւնը Մարտկոցը խնայելու համար ավտոմատ անջատման գործառույթ Լրակազմ և պարագաներ Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերէն կամ անգլերէն կամ ռուսերէն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայութիւն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---