

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը պետք է ապահովի թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը պետք է ապահովի առնվազն 640մմ անոդային հոսանք և ունենա բարձր լարման տիրույթ, ոչ պակաս, քան` 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղղություններով առնվազն

					200սմ, և ուղղահայաց 100սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա և ունենա շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի կարգավորվող առնվազն 40-180սմ. Տիրույթում: Ռենտգենյան խողովակը պետք է ունենա երկու կիզակետ, չափերը ոչ ավել քան՝ 0,6 մմ փոքր կիզակետի և ոչ պակաս, քան 1,2 մմ մեծ կիզակետի համար: Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն՝ առնվազն $\pm 135^\circ$ Անողը պտտվող, ջերմունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 300,000HU: Կոլիմատորը պետք է ապահովի առավելագույնը 125կՎ -ին համապատասխան ճառագայթների հոսքի կոլիմացիան և ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում առնվազն 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագայթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը պետք է
--	--	--	--	--	---

					համարժեք լինի առնվազն 2.0մմ: Այլ զտիչներ տեղակայելը պետք է հնարավոր լինի: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան պետք է ապահովի ռենտգենական նկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկայի շարժումները առնվազն չորս ուղղություններով: Դեկայի արտաքին չափերը առնվազն՝ Ե/186*L/72սմ. Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 300կգ: Նկարահանման ուղղահայց կալանը պետք է ապահովի առնվազն 180սմ. հեռավորություն ճառագայթիչից Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը առնվազն՝ 120 սմ Օպերատորի կոնսոլը պետք է ապահովի նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 52կՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային կամ համարժեք
--	--	--	--	--	--

					պաշտպանվածության: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն, առնվազն 43x43 սմ թողունակությունը՝ առնվազն՝ 139 միկրոն: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր: Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը պետք է հանդիսանա որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն պետք է ապահովի հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական պետք է լինի նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 200.000 պատկեր Տվյալների բազան պետք է լինի պաշտպանված: Պատկերների հետ աշխատելու ժամանակ պետք է հնարավոր լինի մեծացնել և
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից, կատարել տարածական և անկյունների չափումներ, ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ 220V, 50Հց, միաֆազ գալսից: Գիտնական տվյալները ներառում են՝
000 Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-000012F-26789	в качестве участника	в рамках участия	в электронном аукционе	под кодом ЕР-000012F-26789	ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		գնորդի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կառուցում, տեխնիկական և արտադրության ուսուցում:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	օպերատորական ուսուցում:
1					Երաշխիք առնվազն 12 ամիս:
					Սահըը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ, քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE կամ FDA սերտիֆիկատ)