

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Հասմիկ Օհանյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու
շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Class B Series Autoclave BKM- K23BE	BKM-K23BE	BIOBASE	Biobase BIOVECTOR CO., LTD.	Սեղանի ավտոկլավ հորիզոնական, գոլորշային, 23 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով, B դասի: Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է: Ունի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար: Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության: Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն: Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27

					ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել: Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն: Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,23ՄՊա: Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում: Ախտահանման ժամանակը 1-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-20 րոպե տիրույթում: Տաքության շեղումը $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$: Ունի դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար: Էլեկտրոսնուցումը` 220-240
--	--	--	--	--	---

				Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ, Աշխատակազմի ռեսուրսներ, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					