

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 1: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է

				գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը կտրող 26մմ -28մմՍտերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արժաճում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը:պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները:ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 1: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է

				գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը կտրող 26մմ -28մմՍտերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արժաճում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը:պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները:ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN
--	--	--	--	--

