

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող : Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԵՍԹԵՐԻՑ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 0 Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

					Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Երկասեղանի անոթները կարելու համար կտրող կամ ծակող ըստ պատվիրատուի պահանջի 26մմ -30մմ:Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արձաժում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը:պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները:ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների
--	--	--	--	--	---

					առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող : Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԷՍԹԵՐԻՑ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 0 Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

Համաձուլվածքի որակը չպետք է
զիջի AISI դասակարգումով 300
սերիայի համաձուլվածքների
որակին: Ասեղը պետք է ունենա
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ
երկայնակի ակոսիկներ
ասեղնաբռնիչով բռնելու
մասում/, որի շնորհիվ
վստահելի ֆիքսվում է
ասեղնաբռնիչի մեջ: Երկասեղանի
անոթները կարելու համար կտրող
կամ ծակող ըստ պատվիրատուի
պահանջի 26մմ -30մմ: Ստերիլ
կարանյութով ներքին ներդիրը
պետք է պարունակի մակնշում, որն
արձանագրում է կարանյութի
անվանումը, բաղադրությունը,
ապրանքային նշանը, արտադրողի
ապրանքանշանը, արտադրողի
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի
պայմանական և մետրիկ
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի
քանակը, ասեղի երկարությունը
, ասեղի տեսակը, կորությունը
, ասեղների
քանակը: պիտանելիության
ժամկետը, պահպանման
պայմանները: ISO13485 և CE կամ
FDA սերտիֆիկատների

					առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN
--	--	--	--	--	---