

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող : Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԵՍԹԵՐԻՑ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2 /0:Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

Համաձուլվածքի որակը չպետք է
զիջի AISI դասակարգումով 300
սերիայի համաձուլվածքների
որակին: Ասեղը պետք է ունենա
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ
երկայնակի ակոսիկներ
ասեղնաբռնիչով բռնելու
մասում/, որի շնորհիվ
վստահելի ֆիքսվում է
ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող
կամ ծակող ըստ պատվիրատուի
պահանջի 35մմ -40մմ: Ստերիլ
կարանյութով ներքին ներդիրը
պետք է պարունակի մակնշում, որն
արձածում է կարանյութի
անվանումը, բաղադրությունը,
ապրանքային նշանը, արտադրողի
ապրանքանշանը, արտադրողի
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի
պայմանական և մետրիկ
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի
քանակը, ասեղի երկարությունը
, ասեղի տեսակը, կորությունը
, ասեղների
քանակը: պիտանելիության
ժամկետը, պահպանման
պայմանները: ISO13485 և CE կամ
FDA սերտիֆիկատների
առկայությունը պարտադիր է:

					Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող : Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԷՍԹԵՐԻՑ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2 /0:Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

Համաձուլվածքի որակը չպետք է
զիջի AISI դասակարգումով 300
սերիայի համաձուլվածքների
որակին: Ասեղը պետք է ունենա
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ
երկայնակի ակոսիկներ
ասեղնաբռնիչով բռնելու
մասում/, որի շնորհիվ
վստահելի ֆիքսվում է
ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող
կամ ծակող ըստ պատվիրատուի
պահանջի 35մմ -40մմ: Ստերիլ
կարանյութով ներքին ներդիրը
պետք է պարունակի մակնշում, որն
արձածում է կարանյութի
անվանումը, բաղադրությունը,
ապրանքային նշանը, արտադրողի
ապրանքանշանը, արտադրողի
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի
պայմանական և մետրիկ
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի
քանակը, ասեղի երկարությունը
, ասեղի տեսակը, կորությունը
, ասեղների
քանակը: պիտանելիության
ժամկետը, պահպանման
պայմանները: ISO13485 և CE կամ
FDA սերտիֆիկատների
առկայությունը պարտադիր է:

					Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN
--	--	--	--	--	--