

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                 | վիրաբուժական<br>թելեր | Prolus              | Prolus  | Lotus Surgicals PVT<br>private limited LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական,<br>հյուսված, չներծծվող կամ<br>ներծծվող`ըստ պատվիրատուի<br>պահանջի,ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ: Մետրիկ<br>չափը 3metric պայմանական չափը<br>3/0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը<br>պատրաստված լինի կորոզիակայուն<br>բարձր ամրության ,բարձրորակ<br>չժանգոտվող<br>համաձուլվածքից,պատված լինի<br>սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը<br>նպաստում է ասեղի և<br>հյուսվածքների միջև շփման<br>նվազեցմանը և հեշտացնում է<br>ասեղի անցումը հյուսվածքներով: |

Համաձուլվածքի որակը չպետք է  
զիջի AISI դասակարգումով 300  
սերիայի համաձուլվածքների  
որակին: Ասեղը պետք է ունենա  
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ  
երկայնակի ակոսիկներ  
ասեղնաբռնիչով բռնելու  
մասում/, որի շնորհիվ  
վստահելի ֆիքսվում է  
ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող  
կամ կտրող ըստ պատվիրատուի  
պահանջի, 30մմ -36մմ: Ստերիլ  
կարանյութով ներքին ներդիրը  
պետք է պարունակի մակնշում, որն  
արձանագրում է կարանյութի  
անվանումը, բաղադրությունը,  
ապրանքային նշանը, արտադրողի  
ապրանքանշանը, արտադրողի  
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի  
պայմանական և մետրիկ  
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի  
քանակը, ասեղի երկարությունը  
, ասեղի տեսակը, կորությունը  
, ասեղների  
քանակը: պիտանելիության  
ժամկետը, պահպանման  
պայմանները: ISO13485 և CE կամ  
FDA սերտիֆիկատների  
առկայությունը պարտադիր է:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка  | наименование<br>производителя              | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16         | վիրաբուժական<br>թելեր     | Prolus        | Prolus | Lotus Surgicals PVT<br>private limited LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական,<br>հյուսված, չներծծվող կամ<br>ներծծվող՝ըստ պատվիրատուի<br>պահանջի,ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ: Մետրիկ<br>չափը 3metric պայմանական չափը<br>3/0Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը<br>պատրաստված լինի կորոզիակայուն<br>բարձր ամրության ,բարձրորակ<br>չժանգոտվող<br>համաձուլվածքից,պատված լինի<br>սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը<br>նպաստում է ասեղի և<br>հյուսվածքների միջև շփման<br>նվազեցմանը և հեշտացնում է<br>ասեղի անցումը հյուսվածքներով: |

Համաձուլվածքի որակը չպետք է  
զիջի AISI դասակարգումով 300  
սերիայի համաձուլվածքների  
որակին: Ասեղը պետք է ունենա  
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ  
երկայնակի ակոսիկներ  
ասեղնաբռնիչով բռնելու  
մասում/, որի շնորհիվ  
վստահելի ֆիքսվում է  
ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող  
կամ կտրող ըստ պատվիրատուի  
պահանջի, 30մմ -36մմ: Ստերիլ  
կարանյութով ներքին ներդիրը  
պետք է պարունակի մակնշում, որն  
արձանագրում է կարանյութի  
անվանումը, բաղադրությունը,  
ապրանքային նշանը, արտադրողի  
ապրանքանշանը, արտադրողի  
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի  
պայմանական և մետրիկ  
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի  
քանակը, ասեղի երկարությունը  
, ասեղի տեսակը, կորությունը  
, ասեղների  
քանակը: պիտանելիության  
ժամկետը, պահպանման  
պայմանները: ISO13485 և CE կամ  
FDA սերտիֆիկատների  
առկայությունը պարտադիր է:

