

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	Pic Solution	Artsana S.p.A. (Италия)	"Թվային պուլսօքսիմետր DIGY OXYgen Test -ը նախատեսված է թթվածնի (SpO2) ֆունկցիոնալ հագեցվածության և սրտի կծկումների մոնիտորինգի համար: Տեխնիկական պայմաններ. Թեթև և փոքր OLED էկրան Կարգավորելի լուսավորություն՝ 10 մակարդակներում (1-10) թթվածնի հագեցվածության չափում 2 AAA մարտկոց Ցուցադրման 6 ռեժիմ ""Finger Out"" - ի ցուցադրումից հետո սարքը ինքնաբերաբար 8 վայրկյանից հետո կանջատվի: Երաշխիք՝ 24 ամիս"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
89			