

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
143	Periodmed	Adult NIBP with tube	Jiangsu Periodmed Science Technology Co., Ltd	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով պարտադիր համատեղելի են E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ ստանդարտ միակցիչով: Ձեռքի շրջագծի համապատասխան միջակայք՝ մոտ 22–32 սմ (ընդունելի է ավելի լայն միջակայք), մեծահասակների համար: Մանժետի տեսակ՝ reusable: Նյութը՝ բժշկական, փափուկ, մաշկի համար անվտանգ: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանմանը և մաքրման միջոցներին: Խողովակի առկայությունը՝ պարտադիր է: Խողովակի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2 մ: Ճկուն է և մեխանիկորեն դիմացկուն: Օդահերմետիկ, առանց արտահոսքի: Ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովում է

				ճշգրիտ և կայուն չափում: Համատեղելի է մոնիտորի ավտոմատ և ձեռքով չափման ռեժիմների հետ: Չի առաջացնում ավելորդ անհարմարություն պացիենտի համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДХДГДР-2026/16-13-ЕГР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
143	Periodmed	Adult NIBP with tube	Jiangsu Periodmed Science Technology Co., Ltd	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով պարտադիր համատեղելի են E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ ստանդարտ միակցիչով: Ձեռքի շրջագծի համապատասխան միջակայք՝ մոտ 22-32 սմ (ընդունելի է ավելի լայն միջակայք), մեծահասակների համար: Մանժետի տեսակ՝ reusable: Նյութը՝ բժշկական, փափուկ, մաշկի համար անվտանգ: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանմանը և մաքրման միջոցներին: Խողովակի առկայությունը՝ պարտադիր է: Խողովակի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2 մ: Ճկուն է և մեխանիկորեն դիմացկուն: Օդահերմետիկ, առանց արտահոսքի: Ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովում է

				ճշգրիտ և կայուն չափում: Համատեղելի է մոնիտորի ավտոմատ և ձեռքով չափման ռեժիմների հետ: Չի առաջացնում ավելորդ անհարմարություն պացիենտի համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---