

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈՍ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                             |  |  |  |   |
|--------------------|--|--|--|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                          | ապրանքային<br>նշանը                            | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                         | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | լաբորատորիական<br>ցենտրիֆուգներ —<br>պարագաներ | լաբորատորիական<br>ցենտրիֆուգներ —<br>պարագաներ | լաբորատորիական<br>ցենտրիֆուգներ —<br>պարագաներ | լաբորատորիական<br>ցենտրիֆուգներ —<br>պարագաներ | Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում<br>անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝<br>արյան տարբեր բաղադրիչներն<br>անալիզի համար առանձնացնելու<br>համար: Գործառնական<br>պահանջներ. Կոմպակտ<br>կոնստրուկցիա՝ առանց<br>վիբրացիայի աշխատելու համար<br>Սեղանին դրվող տարբերակ<br>Փորձանոթի տարողություն. ոչ<br>պակաս քան 5-ից 15 մլ<br>(«Վակուտայներ» փորձանոթներ)<br>միջակայքում Կառավարման<br>վահանակ (ոչ պակաս քան)-<br>մեկնարկի / դադարեցման |

անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակումը Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է  
հագեցած լինի ֆիքսված անկյան  
ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ  
պակաս քան 12 փորձանոթ  
Էլեկտրոնուլցում` 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                       |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|--|---|
|            | фирменное наименование                   | товарный знак                            | марка                                    | наименование производителя               | технические характеристики  |
| 5          | լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ | լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ | լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ | լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ | Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման |

անջատիչի, դինամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակումը Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է  
հագեցած լինի ֆիքսված անկյան  
ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ  
պակաս քան 12 փորձանոթ  
Էլեկտրոնուլցում` 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|---|