ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև կանգնակ Գունավոր ոչ պակաս քան 5,5 դյույմ թվային էկրանի առկայություն Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի առկայությամբ PD ավտոմատ չափման գործառույթ, ինքնաբերաբար PD արժեք Մեկ ստեղնով արգելափակման գործառույթի առկայություն Դիզայնը պետք է համապատասխանի մարդու մարմնի ինժեներիայի կառուցվածքին՝ հաճախորդներին

						լավ զգացողություն և հարմարավետություն ապահովելու համար Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն Չափման ռեժիմներ. (ոչ պակաս քան) K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) REF ռեժիմ (բեկման չափում) Ռեֆրակտոմետր. Բեկման չափում Գագաթների հեռավորությունը ոչ պակաս քան 0.0, 12.0, 13.75 մմ Տիրույթը ոչ պակաս քան -20.00 ~ + 20.00D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Ցիլինդրը ոչ պակաս քան -8~+8D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը ոչ պակաս քան 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը ոչ պակաս քան 45-85 մմ միջակայքում Բիբի չափելի մինիմալ տրամագիծը Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա. Եղջերաթաղանթի կորության չափում. Կորության շառավիղը ոչ պակաս քան 5-10 մմ (0,01 մմ քայլ) տիրույթում Եղջերաթաղանթի բեկումը ոչ պակաս քան 34.00-67.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը

					ոչ պակաս քան 0.00~8.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը ոչ պակաս քան 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի տրամագիծը ոչ պակաս քան 2.0-14.0 մմ միջակայքում Այլ. Թիրախի ավտոմատ մշուշում Ջերմային պրինտերի առկայություն Բարձրությունը կարգավորվող կզակի հենակի առկայություն RS 232 ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	Բժշկական օպտոմետրիայի ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև կանգնակ Գունավոր ոչ պակաս քան 5,5 դյույմ թվային էկրանի առկայություն Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի առկայությամբ PD ավտոմատ չափման գործառույթ, ինքնաբերաբար PD արժեք Մեկ ստեղնով արգելափակման գործառույթի առկայություն Դիզայնը պետք է համապատասխանի մարդու մարմնի ինժեներիայի կառուցվածքին՝ հաճախորդներին

						լավ զգացողություն և հարմարավետություն ապահովելու համար Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն Չափման ռեժիմներ. (ոչ պակաս քան) K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) REF ռեժիմ (բեկման չափում) Ռեֆրակտոմետր. Բեկման չափում Գագաթների հեռավորությունը ոչ պակաս քան 0.0, 12.0, 13.75 մմ Տիրույթը ոչ պակաս քան -20.00 ~ + 20.00D (0.12 / 0.25d քայլ) միջակայքում Ցիլինդրը ոչ պակաս քան -8~+8D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը ոչ պակաս քան 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը ոչ պակաս քան 45-85 մմ միջակայքում Բիբի չափելի մինիմալ տրամագիծը Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա. Եղջերաթաղանթի կորության չափում. Կորության շառավիղը ոչ պակաս քան 5-10 մմ (0,01 մմ քայլ) տիրույթում Եղջերաթաղանթի բեկումը ոչ պակաս քան 34.00-67.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը

					ոչ պակաս քան 0.00~8.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը ոչ պակաս քան 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի տրամագիծը ոչ պակաս քան 2.0-14.0 մմ միջակայքում Այլ. Թիրախի ավտոմատ մշուշում Ջերմային պրինտերի առկայություն Բարձրությունը կարգավորվող կզակի հենակի առկայություն RS 232 ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք