

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արֆարմացիա ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	Օֆտալմոսկոպ Գործիքի տեսակը՝ ուղիղ օֆտալմոսկոպ Էրգոնոմիկան՝ ձեռքի Ուղիղ օֆտալմոսկոպը ներառում է գլուխը լամպով Ոսպնյակի անիվով ակնաբուժական գլխիկը պետք է ունենա ուղղիչ ոսպնյակներ ոչ պակաս քան -25-ից +40 դիոպտերից Պետք է ունենա գլխի կողման ամրակներ՝ մարտկոցի բռնակին անվտանգ միանալու համար Դրական գործողության ոսպնյակների կառավարումը պետք է թույլ տա ընտրել ոսպնյակների օպտիկական հզորությունը ոչ պակաս քան + 40D-

				<p>ից -25D միջակայքում: Հարմարավետ գործողությունների մատչելիությունը պետք է թույլ տա ճիշտ ուսանյակների արագ ընտրություն կատարել Պտտվող գտիչ Անոթների ուժեղացված հետազոտության համար կարմիր գտիչը պետք է օգտագործվի վեց ախտորոշիչ ճառագայթներից որևէ մեկի հետ միասին: Մարտկոցի բռնակը՝ միացնել/անջատել անջատիչով Պահպանման պատյանի առկայություն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Арфармация ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՄԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					