

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրայմ Մեդիքալ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EXS-68R, երկու EVS 4343W դետեկտորով	ECOTRON	EXS-68R	ECOTRON CO.,LTD.	Թվային ռադիոգրաֆիկ համակարգ EXS-68R (ECOTRON), երկու EVS 4343W դետեկտորով Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի սարքավորում Այն ներկայացնում է բոլոր ախտորոշման ընթացակարգերի կատարումը՝ համաձայն մարմնի տարբեր անատոմիական մասերի: Համակարգն ապահովում է լիարժեք հասանելիություն բոլոր հիվանդների համար: Օրթոպեդիկ լուսանկարներ, մանկաբուժական լուսանկարներ, կրծքավանդակի, գինեկոլոգիական լուսանկար (HSG) և բազմաթիվ այլ

					հետազոտություններ: Անլար հարթ պանելային դետեկտոր Հիվանդի սեղանի և Bucky կանգնակի համար՝ 2 անլար հարթ պանելային դետեկտորների առկայություն Նյութը՝ CsI (ցեզիում յոդիդ) Սահմանային թողունակությունը՝ 3,6 lp/mm Արդյունավետ տարածք՝ 43 (V) x 43 (H) սմ, 17" x 17" դույմ Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս քան 3000 (H) x 3000 (V) Պիքսելային քայք՝ 139 մկմ DICOM ծառայություն FPD դետեկտորը պատկերների ձեռքբերման համակարգի հետ համատեղ թույլ է տալիս գրանցել ձեռքբերման պարամետրերը, մշակել և պատկերել պատկերները՝ կախված ընտրված անատոմիական մասից և հիվանդի չափից: Պատկերային համակարգը թույլ է տալիս պահպանել պատկերները պահեստային համակարգի արխիվում և ստացված պատկերները ցուցադրել բարձր թողելիությամբ մոնիտորի վրա: Բացի այդ, համակարգը հնարավորություն է տալիս նկարները ուղարկել ախտորոշիչ աշխատանքային կայանին (կամ
--	--	--	--	--	---

					ընդհանուր արխիվին) DICOM- ի միջոցով Ցանցային համակարգի առկայություն Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. Հզորությունը՝ 6844 խողովակի լարումը՝ 40kV-150kV միջակայքում, քայլը 1 կV խողովակի հոսանքը՝ 10 մԱ-800 մԱ միջակայքում, քայլի ճշգրտում mAs՝ 0,1 mAs-800 mAs միջակայքում Ժամանակը՝ 1.0 մվ-10վ միջակայքում, քայլի ճշգրտում Ռոտորի սնուցում՝ երկու արագությամբ մեկնարկիչ (DSS) Չափերը (ExLxP)՝ 430x620x640 մմ Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակ. Ռենտգեն խողովակի ֆոկուսային դաշտի չափը՝ փոքր ֆոկուս / մեծ ֆոկուս՝ 0,6 / 1,2 մմ Մուտքային հզորություն՝ ոչ պակաս քան փոքր ֆոկուս՝ 20kW/ մեծ ֆոկուս՝ 70kW Անոդի ջերմակրություն՝ 300kHU Սեփական ֆիլտրում՝ 0,9 մմ Ալ Անոդի պտույտի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 9000 պտ/րոպ IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 և 60601-2-28 ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի համար, առկայություն
--	--	--	--	--	--

Կառավարմամբ շարժական դիագնոստիկ սեղան. Հիվանդի սեղան (4 դիրքով լողացող սեղան) Սեղանի մակերեսի չափսերը (ԵxԼxԲ)՝ 2200 x 820 x 708 մմ Սեղանի մակերեսի լայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը՝ 300 մմ Սեղանի մակերեսի երկայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը՝ 900 մմ Սեփական ֆիլտրում՝ 1,1 մմ Ալ 100 կՎ լարման դեպքում Քաշի տարողությունը՝ 200 կգ Կանգնակ. Հատակային տեղակայման տեսակի Ուղղահայաց շարժը՝ 1390 մմ Երկայնական շարժը՝ 1700 մմ Լայնակի շարժը՝ 300 մմ Կանգնակի պտույտը՝ 90° Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը՝ 180° Bucky կանգնակ. Կանգնակի բարձրությունը՝ 1920 մմ Ուղղահայաց շարժը՝ 1260 մմ Առջևի վահանակի ալյումինե համարժեքը (Al EQV)՝ 0,4 մմ Կոլիմատոր. Ռենտգենյան ճառագայթի կոլիմատոր՝ լույսի կենտրոնացման սարքով, ավտոմատ անջատմամբ: Կոլիմատորը՝ ուղղանկյուն-հրիսի դաշտի տիպի Լույսի դաշտի չափը՝ 100 սմ հեռավորությունից ոչ
--

ООО Прайм Медикал в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸԸԱՄԻԲ-2026/35			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		պակաս քան 43x43 սմ Սեփական ֆիլտրում՝ 1 մմ Ալ Լույսի աղբյուրը՝ լուսադիոդային Աշխատանքային կայան. Պրոցեսորը պետք է հիմնված լինի ոչ պակաս քան 32 բիթ ունեցող բարձր արագությամբ պրոցեսորի վրա, ունենա նաև պատկերի պահպանման SSD սկավառակ 1ՏԲ կամ ավելի, ոչ պակաս քան 8 ԳԲ RAM, DVD/RW, ցանցային քարտ, փոփոխարկում DICOM Store- Պատկերներն ուղարկում
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	технические характеристики աշխատանքային կայանի և/կամ արհիվանդման համակարգի
1	EXS-68R, երկու EVS 4343W դետեկտորով	ECOTRON	EXS-68R	ECOTRON CO.,LTD.	Цифровая рентгенографическая система EXS-68R (ECOTRON) с двумя детекторами EVS 4343W Մեդիկական լուսանկարման համակարգ - Մեդիկական լուսանկարման համակարգի արհիվանդում ROM-ի վրա Dicom рентгенографическое оборудование Система предназначена для выполнения всех диагностических процедур в DICOM формате с различными анатомическими областями тела. Обеспечивает полный доступ для исследования всех категорий пациентов. Поддерживает исследования (ROI) с помощью DICOM 3.0-й версии для исследования трудной клетки, бронхопневмонии-пневмонии

[illegible]

						(область интереса) • Автоматическое сшивание изображений (Image Auto Stitching) • Совместимость с DICOM 3.0 • Самодиагностика перегрева трубки и ошибок нити накала • Наличие анатомических программ Монитор: • 19" медицинский монитор • Разрешение: 1280 × 1024 • 1 мегапиксель Электропитание • 3-фазное, 400 В ±10% • Частота: 50/60 Гц • Соответствие стандартам IEC 60601 Аксессуары • Защитная одежда для всего тела • Защита щитовидной железы • Защита грудной клетки Рентгенозащитное стекло • Толщина: 8 мм • Защита: до 150 кВ • Размер: 100 × 80 см • Свинцовый эквивалент: 2,0 мм Pb • Отсутствие пузырьков воздуха • Светопропускание: 90% • Наличие монтажной рамы Сертификация: • ISO 13485 Прочие условия • Гарантия: 24 месяца (включая рентгеновскую трубку) • Наличие монтажных кабелей • Прокладка трехфазного кабеля (до 50 м) от UPS с полным комплектом крепежа
--	--	--	--	--	--	--

				и выполнением монтажных работ • Установка специалистом • Обучение персонала • Руководство пользователя (армянский / русский / английский) • Оборудование новое • Дата производства: не ранее чем за 12 месяцев до поставки • Полная комплектация для полноценной эксплуатации Сертификаты качества 1. ISO 13485 2. CE (93/42/EEC) или MDR (EU) 2017/745 (после прохождения всех необходимых испытаний)
--	--	--	--	--