

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
92	Սմիթ + Նեֆյու	Տոտալ կ / ա Էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ 3	Սմիթ + Նեֆյու	Կոնքազդրային հոդի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al7Nb: Մակերեսը՝ խորդուբոր, միկրոանհարթությունների չափը 4-8մկմ, պիրամիդաձև, եվրոկոնուս 12/14: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 14՝ 128մմ, 132մմ, 136մմ, 140մմ, 145մմ, 150մմ, 154մմ, 158մմ, 163մմ, 168մմ, 173մմ, 178մմ, 183մմ, 188մմ: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Անկյունը՝ 131°: Ոտիկի մակերեսը հարթ է, առանց երկայնական եզրերի, ելուստների կամ ակոսների: Մետաֆիզար հատվածում, լատերալ կողմից առկա են 5 միջանցիկ անցքեր՝ կողմնորոշված սագիտալ առանցքի ուղղությամբ: Ինքննակենտրոնացվող, ունի կրկնակի սեպի տեսք: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված

				սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթ՝ ոչ ցեմենտային Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Լրացուցիչ ֆիքսացիա սպոնգիոգ պտուտակներով ոչ պակաս քան 6.5մմ: Անցքերի քանակը 3: Չափերը՝ 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ. 62մմ, 64մմ, 66մմ: Նախատեսված է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների համար, մակերեսը՝ ծակոտկեն, պատված տիտանի ասիմետրիկ մասնիկներով: Ծածկույթի ծակոտկենությունը կազմում է ոչ պակաս քան 60%, ներքին մակերեսը՝ փայլեցված, բւեռային հատվածում պարուրակային անցք՝ իմպակտորի տեղադրման համար: Բաժակի էկվատորի երկայնքով տեղադրված են ակոսներ ոչ պակաս քան 11 հատ պոլիէթիլենային ներդիրի ֆիքսացիայի համար: Բաժակի ներքին մակերեսին առկա է կոնուսաձև նեղացում, որը նախատեսված է կոշտ ներդիրների ֆիքսացիայի համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել՝ նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթի ներդիր Անտիյուքսացիոն՝
--	--	--	--	---

				20° թեքմամբ բաժակի էկվատորի հարթության նկատմամբ: Նյութը՝ խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն: 28 մմ գլխիկի համար- 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: 32մմ գլխիկի համար-48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ, 62մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ քոքր: 28մմ և 32մմ տրամագծով գլխիկների համար՝ 6 չափ՝ -3մմ, 0մմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ, +16մմ տեղադրման խորությամբ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Կերամիկական գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Կերամիկա Al_2O_3ZrO: Այլումինի օքսիդ -75%, ցիրկոնիումի օքսիդ-23%, քրոմի օքսիդ- 2%: Չափերի քանակ՝11 28մմ տրամագծով գլխիկների համար 3 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ տեղադրման խորությամբ, 32մմ և 36մմ տրամագծով
--	--	--	--	---

				գլխիկների համար՝ 4 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Կրկնակի ծծակույթ՝ տիտանի պլազմային սփրեյ, հաստությունը 180մկմ, հիդրօքսիապատիտ, հաստությունը՝ 50մկմ, ոտիկի վզիկը՝ փայլեցված: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային՝ օստեոինտեգրացիա: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 12, 115,5մմ, 119,5մմ, 125,5մմ, 131,5մմ, 135,5մմ, 139,5մմ, 143,5մմ, 147,5մմ, 151,5մմ, 155,5մմ, 159,5մմ, 163,5մմ, 167,5մմ Երկարությամբ: Անկյունը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 135°: Ոտիկի առաջին և հետին մակերեսներիև առկա են ակոսներ, պրոքսիմալ հատվածում՝ լայնական, իսկ կենտրոնական և դիստալ հատվածներում՝ երկայնական: Լայնական ակոսներ կան նաև մեդիալ մակերեսի վրա: Ոտիկի վզիկը խաչաձև հատույթում կլոր է: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ:
--	--	--	--	--

				սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթ՝ ոչ ցեմենտային Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Լրացուցիչ ֆիքսացիա սպոնգիոգ պտուտակներով ոչ պակաս քան 6.5մմ: Անցքերի քանակը 3: Չափերը՝ 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ. 62մմ, 64մմ, 66մմ: Նախատեսված է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների համար, մակերեսը՝ ծակոտկեն, պատված տիտանի ասիմետրիկ մասնիկներով: Ծածկույթի ծակոտկենությունը կազմում է ոչ պակաս քան 60%, ներքին մակերեսը՝ փայլեցված, բւեռային հատվածում պարուրակային անցք՝ իմպակտորի տեղադրման համար: Բաժակի էկվատորի երկայնքով տեղադրված են ակոսներ ոչ պակաս քան 11 հատ պոլիէթիլենային ներդիրի ֆիքսացիայի համար: Բաժակի ներքին մակերեսին առկա է կոնուսաձև նեղացում, որը նախատեսված է կոշտ ներդիրների ֆիքսացիայի համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել՝ Նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթի ներդիր Անտիյուքսացիոն՝
--	--	--	--	---

				20° թեքմամբ բաժակի եկվատորի հարթության նկատմամբ: Նյութը՝ խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն: 28 մմ գլխիկի համար- 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: 32մմ գլխիկի համար-48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ, 62մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ քոքր: 28մմ և 32մմ տրամագծով գլխիկների համար՝ 6 չափ՝ -3մմ, 0մմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ, +16մմ տեղադրման խորությամբ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Կերամիկական գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Կերամիկա Al_2O_3ZrO: Այլումինի օքսիդ -75%, ցիրկոնիումի օքսիդ-23%, քրոմի օքսիդ- 2%: Չափերի քանակ՝11 28մմ տրամագծով գլխիկների համար 3 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ տեղադրման խորությամբ, 32մմ և 36մմ տրամագծով
--	--	--	--	---

				գլխիկների համար՝ 4 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: Կրկնակի ծծակույթ՝ տիտանի պլազմային սփրեյ, հաստությունը 180մկմ, հիդրօքսիապատիտ, հաստությունը՝ 50մկմ, ոտիկի վզիկը՝ փայլեցված: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային՝ օստեոինտեգրացիա: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 12, 115,5մմ, 119,5մմ, 125,5մմ, 131,5մմ, 135,5մմ, 139,5մմ, 143,5մմ, 147,5մմ, 151,5մմ, 155,5մմ, 159,5մմ, 163,5մմ, 167,5մմ Երկարությամբ: Անկյունը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 135°: Ոտիկի առաջին և հետին մակերեսներիև առկա են ակոսներ, պրոքսիմալ հատվածում՝ լայնական, իսկ կենտրոնական և դիստալ հատվածներում՝ երկայնական: Լայնական ակոսներ կան նաև մեդիալ մակերեսի վրա: Ոտիկի վզիկը խաչաձև հատույթում կլոր է: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ:
--	--	--	--	--

			Կոնքազդրային հողի Էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Պտուտակ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Չափերի քանակը՝ 10, տրամագիծը՝ 6,5մմ: Երկարությունները՝ 15մմ, 20մմ, 25մմ, 30մմ, 35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 60մմ, 70մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	---