

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	David Medical	DSE/DLE60-DCR60B DCR60G	David Medical	Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն,գծային, դանակով, 440մմ: Էնդոսկոպիկ արտիկուլյացիոն կարող- կտրող գործիքը նախատեսված է 12 մմ տրոկարների հետ աշխատելու համար: Էնդոսկոպիկ կարող արտիկուլյացիոն գործիքը նախատեսված է նվազագույն ինվազիվ միջամտությունների համար, որը միաժամանակ կիրառում է 3 կամ 6 շարք ամրակներ: Գործիքը կիրառվում է անաստամոզներ ստեղծելու և օրգանների(ստամոքս, աղիքներ,թոքեր)հեռացման ժամանակ՝ շնորհիվ տիտանե ամրակների բարձր ամրության :Հիմնական առավելություններից է լիսեռի 360 աստիճան պտույտը և աշխատանքային մասի մինչև 45-50 աստիճան արտիկուլյացիան (ծռումը՝) Նեղ տարածքներում մուտք գործելու համար: Գծային Էնդոսկոպիկ կարիչը կազմված է սալից, կեռիկի

				փամփուշտից, շեղբից, ամրակապ թևքից, լիսեռից, պտտվող բռնակից, անվտանգության լծակից, վերադարձնող կոճակից, ֆիքսված բռնակից, փակող և կրակող ձգանից: Կտրող դանակը ներկառուցված է կարիչի մեջ: Ներքին կառուցվածքը ներառում է փոխանցման բլոկը և փոխանցման ձողը: Գործիքը կարող է լիցքավորվել մինչև 8 անգամ մեկ հիվանդի համար , մեկ պրոցեդուրայի ընթացքում: Ստեպլերի առանցքի միացումը պետք է դիմանա ոչ պակաս, քան 90 Ն ճնշմանը : Գծային կտրիչի վրա կա անվտանգության կողպեք, որը կանխում է կրկին լիցքավորումը: Միանգամյա օգտագործման էնդոսկոպիկ ստեպլերի հիմնական նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը, շեղբը և լիսեռը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները, ներառյալ ստեպլերի պատյանը և պարագաները, պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից: Սարքը մատակարարվում է ստերիլ վիճակում՝ Գամմա ստերիլիզացմամբ: Օգտագործման ժամկետը սահմանվում է 5 տարի ստերիլիզացումից հետո: Օգտագործողների կողմից կրկնակի ստերիլիզացիա թույլատրված չէ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Որակի վկայականների առկայություն: Լրակազմում էնդոսկոպիկ գծային կտրիչ-կարիչ գործիքի քանակը 15 հատ: Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու
--	--	--	--	--

				եռաշերտ կար : Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է: Քարթրիջի երկարությունը՝ 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը: Կանաչ քարթրիջ՝ երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը 4.2 մմ՝ ներքին շարքից արտաքին շարք, փակ ամրակի բարձրությունը 2,3մմ: Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա: Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Լրակազմում գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջների քանակը 50 հատ: Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջներ, որոնք դնում են երկու եռաշերտ կար : Արտիկուլյացիոն կապի շնորհիվ քարթրիջը թեքվող է: Քարթրիջի երկարությունը՝ 60 մմ: Կարերի փամփուշտի մակերեսը բաժանված է երեք ձևի՝ հարթ, աստիճանաձև և շրջանաձև մակերեսով: Քարթրիջները բաղկացած են փամփուշտից, սալից, շեղբից, լիսեռից և կարից: Անաստամոզը պետք է դիմանա առնվազն 3,6կՊա ճնշմանը: Կապույտ քարթրիջ՝ ստեպլերի երկու եռակի շարքերով, ստեպլերի բարձրությունը ներքին շարքից արտաքին շարք տատանվում է 3.5 մմ փակ ամրակի բարձրությունը 1,5մմ: Տիտանից պատրաստված ամրակի ձգման ամրությունը առնվազն 240մՊա:
--	--	--	--	---

			Պիտանելիության ժամկետը ստերիլիզացիայից հետո 5 տարի: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Լրակազմում գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջների քանակը 50 հատ: Լրակազմում ներառված բոլոր ապրանքները պետք է պարտադիր լինեն մեկ արտադրողի արտադրության և պետք է պարտադիր համատեղելի լինեն միմյանց հետ: Լրակազմը նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կանաչ քարթրիջների և գծային անաստամոզի ունիվերսալ ապարատի կապույտ քարթրիջների համար պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12				