

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պրեպարատիվ քրոմատագրաֆիկ համակարգ պեպտիդների մաքրման համակարգ՝ ISQ EM զանգվածաչափիչով	Vanquish Flex LC/ISQ MS	Vanquish Flex LC/ISQ MS	Thermo Fisher Scientific	Պրեպարատիվ քրոմատագրաֆիկ համակարգ Դիոդ կադապարային , Լիցքավորված աերոգալի և Մասս սպեկտրաչափական դետեկտորներով և ֆրակցիաների հավաքման կայանով ՆՄՌԺՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Կրկնակի Լուծիչների քանակը 6 լուծիչ • Երկու աշխատանքային ռեժիմներով վակուումային դեգազացիայի համակարգ 6 գծով: Իրարից անկախ երկու ռեժիմներով աշխատանք(Dual) կրկնակի պոմպ: Խառնման ծրագրավորում • Հոսքերի տիրույթը 0.01-8.0 մլ/ր,

սանդղակավորումը 0.001մլ/րոպե • Պլունժերների լվացումը ավտոմատացված և ծրագրավորվող • Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը 15000ՊՍԻ • Հոսքի ճշտությունը 0.01% Հոսքի ճշտությունը 0.05% կամ 0.01մլ/րոպե Կենսահամատեղելի pH 1.5-12 Նորմալ ֆազային քրոմատոգրաֆիայի հետ համատեղելի Երկու գծերից մեկը պետք է աշխատի նորմալ ֆազային մյուսը հակադարձային քրոմատոգրաֆիայի մեթոդներով ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԿԱՅԱՆ Նմուշի մնացորդային քանակը(Carryover) ոչ ավել քան 015մկլ 60 հատ 14 մլ սրվակների պարունակությունն սրվակների կոնֆիգուրացիայի առնվազն 5 տարբերակի հնարավորություն : Սրվակների փոփոխության ժանամակահատվախը ոչ ավել քան 0.4վ Հոսքի կառավարումը ծրագրով Նմուշների սառեցման հնարավորությամբ Պատրաստված կենսահամատեղելի նյութերից Ֆրակցիայի հավաքման տրիգեր կարող ` հանդիսանալ համակարգի
--

					բոլոր դետեկտորները ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Կրկնակի (Dual) Ներարկման համակարգ իրարից անկախ ներարկումների հնարավորությամբ Նմուշի տրման ճշտությունը ոչ ավել քան 0,3 % • սրվակից ոչ պակաս քան 99 նմուշարկման հնարավորություն • Նմուշի մնացորդային քանակը(Carryover) ոչ ավել քան 0,002% • համակարգի ներարկման ճշտությունը ոչ ավել քան + 0.1մկլ • Ստանդարտների և նմուշների խառնման ծրագրավորված իրականացում • Ներարկման ծավալի տիրույթը 0,01-1000մկլ • Ներարկման գծայնությունը »0,9999 • Նմուշի ներարկման անհրաժեշտ միևնիմալ ծավալը ոչ ավել 2մկլ եթե ներարկվում է 1մկլ • Նմուշի ջերմաստիճանային ստաբիլությունը +-1 0C ԴԻՈԴԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ • Ալիքի երկարության տիրույթը 190-700նմ • Ալիքի երկարության ճշտությունը +-1նմ • Ալիքի կրկնելիությունը +-0.5նմ • Խցիկի ճնշման կայունությունը 125ՊՍԻ • Աղմուկը 20X10-6 254 նմ-ի տիրույթում ԼԻՑԶԱՎՈՐՎԱԾ
--	--	--	--	--	---

					ԱԵՐՈՉՈՒԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ Հոսքերի տիրույթը մինչև 2մ/րոպե Ջերմաստիճանային կառավարմամբ Ազոտի հոսքը ոչ ավել 4լ/րոպե ՄԱՍՍ ՍՊԵԿՏՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ Մասսա Լիցք հարաբերության տիրույթը ոչ քիչ քան 10-1200գամ Սկանավորման արագությունը ոչ քիչ 20000 ս/վ Չափսերը ոչ մեծ քան 90-ից 95սմ լայնությամբ և 70-75 սմ բարձրությամբ Տաքացվող Էլեկտրոսփրեյ իոնիզացիա, քիմական իոնիզացիայի հնարավորությամբ: Ազոտի Գեներատոր Ոչ քիչ քամ 25L/ րոպե համապատասխան մասս սպեկտրաչափության և լիցքավորված մասնիկի դետեկտորների համար ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ` Համակարգը կառավարվում է մեկ ծրագրային փաթեթով ծրագիրը համապատասխանում է GMP/GLP. 21 CFR Part 11 , Annex 11 և GxP պահանջներին , ներառում է օգտատերերի կառավարման համակարգ:Սարքի բոլոր մոդուլները ներառյալ մասս սպեկտրոմետրը կառավարվում են նույն ծրագրի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧ44-ЕУДЗ.12P-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					միջոցով և հնարավոր է մշակել մասս սպեկտրոմետրի արդյունքները:Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն : Համակարգը ապահովվում է երրորդ կողմի սարքավորումների լիարժեք ֆունկցիոնալ կառավարում՝ առանց միջանկյալ որակների միջնորդի:
Номер лота			Предлагаемый товар		ցանցային խափանումների պաշտպանության համակարգ, որը տեխնիկական համակարգի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ապահովում է համակարգի անխափան կառավարում,
1					տվյալները հասանելի և հնարավոր է մշակել անկախ ցանցի հասանելիությունից :Համակարգը հագեցած է հնտելեկտուալ գործարկման կառավարման հնարավորությամբ , որը թույլ է տալիս համակարգի ավտոմատացված ստուգումներ սարքի ընթացիկ աշխատանքի ժամանակ : ԵՐԱՇԽԻԲԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի տեղադրում և կարգաբերում:

					Սինթեզված ոչ սպիտակուցային պեպտիդների սինթեզի, մաքրման և բնութագրման մեթոդական ուսուցում
--	--	--	--	--	---