

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ-26/15-3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 7                  | Կրեատինինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար:<br>Ֆորմատ՝ 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով:<br>Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի<br>արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին<br>պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 15-25°C: ISO 9001 և ISO 13485<br>սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУФЧ-ЕЦЦТДР-26/15-3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 7          |                            |