

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՅԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	CID	CID	Easy Flype	CID SpA	Ինքնաբացվող ստենտ OTW կատեգորիա, նյութը Նիտինոլ, ստենտի մակերեսը պատված է բիո ծածկույթով „վեց կետից տանտալիս ռենտգեն մարկերներ ,կատետրի աշխատանքային երկարությունը 85-ից 135սմ : Համատեղելի 0,035’’ ուղղորդիչ կատետրի համար և 6 Fr կատետրի համար : Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդ անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության `20մմ-ից 150մմ: Կախված վիրահատվող անոթի

					տրամագծից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 6մմ- 9 8 մմ : Անհրաժեշտ չափերը՝ 6*40, 6*80,6*100,6*120,6*150,7,60,7*100, 7*150,8*40,8*60,8*80,8*100,8*120,8 *150:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է : Նոր է , չօգտագործված ,գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ : Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով : Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:Համձայն ՀՕ-325-Ն <<Բնակչության Բժշկական օգնության և սպասարկման մասին >> ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի ,մասնակիցը հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր ,ավտարիզացիոն նամակ /երաշխիքային-լիազոր
--	--	--	--	--	--

					Նամակ /, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ :
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛЕЯ МЕД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР44-БЦДЦ72Р-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					