

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	շնչառության ցուցասարքեր (շնչառության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար) SV 300	շնչառության ցուցասարքեր (շնչառության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար) SV 300	SV 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը բազմաֆունկցիոնալ թոքերի արհեստական շնչառության սարք է, նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նեոնատալ հիվանդների համար 2. Սարքը կիրառելի է վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի, վիրահատարանների և շտապ օգնության պայմաններում 3. Ապահովում է ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլյացիա, ինչպես նաև CPR աջակցում 2. Ֆիզիկական բնութագրեր 1. Չափեր (առանց սայլակի)՝ 354 × 315 × 255 մմ 2.

Չափեր (սալյակով)՝ 1365 × 526 × 544 մմ 3. Քաշ (առանց սալյակի)՝ 10 կգ 4. Քաշ (սալյակով)՝ 30 կգ 5. Սարքը շարժական սալյակով է, հարմար ինտենսիվ միջավայրի համար 3. Էկրան և ինտերֆեյս 1. Էկրան՝ 12.1 դյույմ, գունավոր, հպումային TFT matrix 2. Էկրանի լուծաչափություն՝ 1280 × 800 պիքսել 3. Պայծառության կարգավորում՝ կարգավորվող, հարմար տարբեր լուսավորության պայմաններում 4. Օգտագործողի ինտերֆեյսը ապահովում է արագ մուտք դեպի ռեժիմներ և պարամետրեր 4. Հաղորդակցման և միացման հնարավորություններ 1. RS-232 ինտերֆեյս 2. Nurse call միացում 3. VGA վիդեո ելք 4. USB պորտեր 5. Ethernet (ցանցային) միացում 5. Հիվանդների տեսակներ Սարքը ապահովում է աշխատանք հետևյալ խմբերի համար. Մեծահասակ Մանկական Նեոնատալ 6. Վենտիլյացիոն ռեժիմներ Սարքը աջակցում է հետևյալ ռեժիմները. 1. Volume Controlled Ventilation (V-A/C) 2. Pressure Controlled Ventilation (P-A/C) 3. Synchronized Intermittent

					Mandatory Ventilation (V-SIMV, P-SIMV) 4. Pressure Support Ventilation (PSV) 5. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 6. Dual Level Ventilation 7. Pressure Regulated Volume Control (PRVC) 8. Adaptive Minute Ventilation (AMV) 9. Non-invasive Ventilation (NIV) 10. Apnea Ventilation 11. Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) ռեժիմ 7. Կառավարվող պարամետրեր 1. Թթվածնի կոնցենտրացիա (FiO_2)` 21-100 % 2. Տիդալ ծավալ (VT)` 100-2000 մլ Մեծահասակ` 20-300 մլ Նեոնատալ` 2-100 մլ 3. Շնչառության հաճախություն` Մեծահասակ / մանկական` 1-100 շնչ/րոպե Նեոնատալ` 1-150 շնչ/րոպե 4. I:E հարաբերակցություն` 1:10 - 4:1 5. Շնչառության ժամանակ (T_{insp})` 0.10 - 10.00 վրկ 8. Ճնշման և հոսքի պարամետրեր 1. Peak inspiratory pressure (Ppeak) 2. Plateau pressure (Pplat) 3. Mean airway pressure (Pmean) 4. PEEP` 0 - 50 սմ H₂O 5. Inspiratory pressure support` մինչև 80 սմ H<sub>2</sub>O 6. Flow trigger` մեծահասակ/մանկական 0.5 - 20
--	--	--	--	--	--

					լ/րոպե, նեոնատալ 0.1 – 5.0 լ/րոպե 9. Ինտելեկտուալ ֆունկցիաներ 1. IntelliCycle տեխնոլոգիա՝ ավտոմատ պարամետրերի ադապտացիայով 2. Ավտոմատ շնչառության փուլերի կառավարում (trigger, slope, expiration) 3. Ավտոմատ խողովակի դիմադրության կոմպենսացիա (ATRC) 4. Ավտոմատ արտաշնչման կոմպենսացիա 10. Մոնիտորինգի պարամետրեր 1. Ճնշումներ՝ Ppeak, Pplat, Pmean 2. Ծավալներ՝ TVi, TVe, MV 3. Շնչառության հաճախություն 4. Compliance և Resistance 5. Leak տոկոս 6. RSBI, WOB 7. FiO₂ 8. CO₂ և SpO₂ (մոդուլներով) 11. Ալիքներ և լուպեր 1. Ալիքներ՝ Pressure–Time Flow–Time Volume–Time CO₂–Time 2. Լուպեր՝ Pressure–Volume Flow–Volume Pressure–Flow 12. Ալարմային համակարգ 1. Ալարմներ՝ ծավալի, ճնշման, հաճախության, FiO₂, ապնոեի համար 2. Բարձր և ցածր սահմանների ճկուն կարգավորում 3. Տեսողական և ձայնային ալարմներ 4. Նեոնատալ, մանկական և մեծահասակ պրոֆիլների համար տարբեր շեմեր 13. Կապնոգրաֆիա (CO₂) 1.
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕУДП-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Sidestream CO₂ մոդուլ 2. Mainstream CO₂ մոդուլ 3. Չափման միջակայք՝ 0-150 mmHg 4. awRR չափում՝ 0-150 շնչ/րոպե 14. Չարկային օքսիմետրիա (SpO₂) 1. SpO₂ չափման միջակայք՝ 0-100 % 2. Չարկերի հաճախություն (PR) 3. Պերֆուզիոն ինդեքս (PI) 15. Տվյալների պահպանում և վերլուծություն 1. Թրենդերի պահպանում՝ 72 ժամ 2. Իրադարձությունների օրանցում՝ 5000 դեպք 3. Վենոսիյացիոն պարամետրերի պատմություն 4. Ալարմների և գործողությունների լոգ
Номер лота			Предлагаемый товар		Технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					
					Ալարմների և գործողությունների լոգ 16. Աշխատանքային պայմաններ 1. Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5 - 40 °C 2. Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20 - +60 °C 3. Խոնավություն՝ 10 - 95 % 4. Մթնոլորտային ճնշում՝ 62 - 106 kPa 17. Գազի մատակարարում 1. Թթվածնի մատակարարում՝ կենտրոնական O₂ 2. Գազի ճնշում՝ 280 - 600 kPa 3. Ներկառուցված օդային բլոուեր՝ առավելագույն հոսք՝ ≥210 լ/րոպե (BTPS)