ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	իմունային անալիզի սարքեր	իմունային անալիզի սարքեր	իմունային անալիզի սարքեր	իմունային անալիզի սարքեր	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք Թվային էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10%

						շեղում (առանց կրկնությունների) Ընթերցանության միջակայքը առնվազն 0,001-3,0 Abs է: Ալիքի երկարության չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ պակաս քան RS232 և USB միացման պորտերի առկայություն Տպիչի առկայություն (արտաքին կամ ներկառուցված) Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում. 220-240 Վ, 50/60 Հց Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը պետք է թույլ տա խուսափել շշերի փոխարինումից: Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: Համատեղելի է ներքևի հարթ, U-ածև կամ V-ածև թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով առնվազն 2 լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50-3000 մկլ միջակայքում Ստորին ազդեցության

					պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 x 2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ համակարգիչ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					