

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                   |                                      |           |  |   |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                | ապրանքային<br>նշանը                  | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը                                   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 23                 | Yongxin Medical<br>Equipment (CHINA) | Yongxin Medical<br>Equipment (CHINA) | YX-ET300C | Jiangsu Yongxin<br>Medical Equipment<br>Co., Ltd (CHINA) | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան<br>(Էլեկտրական) գինեկոլոգիական<br>Բոլոր հիմնական մետաղական<br>մասերը պատրաստված են<br>չժանգոտվող պողպատից 4<br>անիվների առկայություն<br>Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի<br>տեսքով) առկայություն Սեղանի<br>մակերեսի երկարությունը` 2100 մմ<br>± 100 մմ Սեղանի մակերեսի<br>լայնությունը` 550 մմ ± 20 մմ<br>Սեղանի նվազագույն<br>բարձրությունը` 730 մմ ± 50 մմ<br>Սեղանի առավելագույն<br>բարձրությունը` 980 մմ ± 50 մմ |

Հորիզոնական և երկայնական  
շարժումն՝ 330 մմ ± 30 մմ  
Շարժումը (Backboard  
upwards/downwards)՝ 70°/10°  
Տրենդեյլենբուրգ՝ -25°/+25° Սեղանի  
թեքում (ձախ / աջ)՝ 15 աստիճան  
Գլխային հատվածի թեքում (Tililt՝  
30° / 90° Ոտքերի հատվածի  
շարժումը ( ներքև)՝ 90° Ոտքերի  
հատվածի թեքումը՝ 90° Երիկամային  
կամրջակի շարժը դեպի վերև 110մմ  
Բեռնակրությունը՝ 250 կգ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60  
Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են գինեկոլոգիական  
վիրաբուժության համար  
(թափոնների կոնտեյներ, ծնկի  
հենակներ և այլն) Երաշխիքը 24  
ամիս Որակի վկայականներ  
(առկայություն) 1. ISO13485 2. բոլոր  
անհրաժեշտ փորձարկումներն





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                |                                   |           |  |   |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---|
|            | фирменное наименование            | товарный знак                     | марка     | наименование производителя                         | технические характеристики  |
| 23         | Yongxin Medical Equipment (CHINA) | Yongxin Medical Equipment (CHINA) | YX-ET300C | Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd (CHINA) | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական Բոլոր հիմնական մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ 980 մմ ± 50 մմ |

Հորիզոնական և երկայնական  
շարժումն՝ 330 մմ ± 30 մմ  
Շարժումը (Backboard  
upwards/downwards)՝ 70°/10°  
Տրենդեյլենբուրգ՝ -25°/+25° Սեղանի  
թեքում (ձախ / աջ)՝ 15 աստիճան  
Գլխային հատվածի թեքում (Tililt՝  
30° / 90° Ոտքերի հատվածի  
շարժումը ( ներքև)՝ 90° Ոտքերի  
հատվածի թեքումը՝ 90° Երիկամային  
կամրջակի շարժը դեպի վերև 110մմ  
Բեռնակրողությունը՝ 250 կգ  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60  
Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են գինեկոլոգիական  
վիրաբուժության համար  
(թափոնների կոնտեյներ, ծնկի  
հենակներ և այլն) Երաշխիքը 24  
ամիս Որակի վկայականներ  
(առկայություն) 1. ISO13485 2. բոլոր  
անհրաժեշտ փորձարկումներն

