

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	-	-	<p>"IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուլցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ:</p> <p>Միկրոլուսնների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք թվային Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10%</p>

շեղում (առանց կրկնությունների)  
Ընթերցանության միջակայքը  
առնվազն 0,001-3,0 Abs է: Ալիքի  
երկարության չափման  
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ  
պակաս քան RS232 և USB միացման  
պորտերի առկայությունը Տպիչի  
առկայությունը (արտաքին կամ  
ներկառուցված) Թափահարման  
ունակություն՝ փոփոխական  
արագությամբ և ցնցման  
ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի  
մատակարարում. 220-240 Վ, 50/60  
Հց Լվացման սարք Ողողման երկու  
շիշը պետք է թույլ տա խուսափել  
շշերի փոխարինումից: Թափոնների  
պահեստային տարա՝ արտահոսքի  
նախազգուշացումով: Համատեղելի  
է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև  
թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային  
գոտիների համար փոխարինելի  
կոլեկտորներով առնվազն 2  
լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ  
հայտնաբերում և բախման  
պաշտպանություն Կարգավորելի  
թափահարման և ներծծման  
ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ ոչ  
պակաս քան 50-3000 մկլ  
միջակայքում Ստորին ազդեցության

				<p>պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 x 2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ համակարգիչ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ"</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					