

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	-	-	-	-	<p>"Վիրահատական լուսատու առաստաղային Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն</p> <p>Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), յուրաքանչյուր գմբեթը ոչ պակաս քան 160,000 լյուքս CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 93 Գուևային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3,</p>

ընդ որում առաջին ռեժիմը  
3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը  
4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը  
5000±500Կ Պայծառության  
ինտենսիվության կարգավորման  
առկայությունն Կառավարման  
վահանակով լույսի ինտենսիվության  
կարգավորման համար  
Էլեկտրոնային համակարգի  
առկայությունն Ինտենսիվության  
վերահսկողությունը ոչ պակաս քան  
6 քայլ Լուսային դաշտի տրամագիծը  
ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 280 մմ  
տիրույթում Լամպի վերահսկման  
համար անհրաժեշտ շարժական և  
ավտոկլավային մանրեագերծման  
ենթակա կենտրոնական բռնակների  
առկայությունն Էլեկտրոնսուղում՝  
220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,  
չօգտագործված Սարքավորումը  
պետք է ամրացվի մոտ 3,1 մետր  
բարձրությամբ կախովի առաստաղի  
մակարդակով Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատու և առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէազերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն))</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:"</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					