

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր	Սթրեն թեստային համակարգ (տրեդմիլ) Սթրենային ԷՍԳ համակարգ՝ ներկառուցված Էլեկտրասրտագրության մոդուլով և ծրագրով ներկառուցված Էլեկտրասրտագրության մոդուլով Տեսակավորություն վազքուղու համար. Վազքուղու համար նախատեսված ծրագրակազմ Ավտոմատ ST չափում; Ավտոմատացված ԷՍԳ վերլուծություն, առիթմիայի ավտոմատ հայտնաբերում և ահազանգ Վերլուծության պարամետրերի կազմաձևում,

շարունակական EՍԳ
ցուցադրություն, վերլուծության
արդյունքի պատճեններ և տպագիր
զեկույց Վազքուղու պրոտոկոլի
ստեղծում Հեշտ գործարկում
սենսորային էկրանով LAN կամ USB
միացում Ձայնագրման ալիք՝ ոչ
պակաս քան 12 ալիք EՍԳ 12
ստանդարտ արտածումների
գրանցում. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1,
V2, V3, V4, V5, V6 Չգայունություն.
ոչ պակաս քան 5, 10, 20 մմ / մվոլտ
Ձայնագրման արագությունը՝ ոչ
պակաս քան 5, 10, 25 մմ / վրկ
Ձայնագրման գործողություն՝ ոչ
պակաս քան ավտոմատ / ձեռքով
EՍԳ պատճեն. վերատպում վերջին
հիվանդի համար Բացահայտման
ամբողջական զեկույց. EԿԳ
ցուցադրելու ընթացքում 1 րոպեի
ընթացքում ձայնագրված EՍԳ EՍԳ-ի
անմիջապես գրանցում՝ վերջին
ազդանշանը պահպանվում է
մինիմում 8 վայրկյան EՍԳ
ցուցադրելու ընթացքում EՍԳ
գրանցում. ոչ պակաս քան
միաժամանակյա 12 արտածումային
EՍԳ Ալֆա-թվային տվյալների
մուտքագրում. ID- ն, տարիքը,

հիվանդի անունը, հիվանդանոցի անունը և այլն՝ այբբենական կարգով Թվային գտիչ. ոչ պակաս քան դրեյֆ, մկան և AC 50 Հց Կարգաբերում. հաճախականության և զգայունության արձագանքի համար 1 մՎ ազդանշանի ներքին ձայնագրում A / D փոխակերպում. ոչ պակաս քան 12 բիտ Ոչ պակաս քան անվտանգության դաս I (Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվելու աստիճանը. Type CF կիրառական մասեր) Հիվանդի արտահոսքի հոսանքը՝ 10 Էլեկտրասնունցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց Թվային ինտերֆեյս՝ RS232 արտաքին սարքը միացնելու համար Արյան զարկերակային ճնշման գրանցիչի առկայությունը Սրտի բաբախում հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 30-ից 200 բաբախ/րոպե տիրույթում Համակարգչային ցանց ԷՍԳ տվյալների փոխանցում համակարգչին, ԷՍԳ պահպանում համակարգչի վրա, ԷՍԳ գրառում համակարգչային տպիչին: Իրական ժամանակի ժամացույց, ամսաթիվ Առիթմիայի հայտնաբերում.

ավտոմատ ձայնագրման ռեժիմ
Կարդիոստիմուլյատորի
հայտնաբերում Ներկառուցված
հիշողության՝ USB / SD քարտ
Դիսփլեյը՝ ոչ պակաս քան LCD,
դիտման տարածքը՝ ոչ պակաս քան
530x290 մմ Համակարգչային
հսկողություն վազքուղու
արագության և թեքության վրա
Վազքուղի. Չափսերը՝ 270x
800x1340 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի, քան
10% Հիվանդի առավելագույն քաշը
ոչ պակաս քան 180 կգ Արագության
տիրույթ. 0,5 Կմ / Ժ-ից մինչև 20 Կլ /
Ժամ, շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 10%
Լրակազմ և պարագաներ.
Վազքուղի՝ ներկառուցված
Էլեկտրասրտագրության մոդուլով
Համակարգչի կամ նոութ բուկի
առկայություն էՍԳ Էլեկտրոդներ՝ ոչ
պակաս քան 60 հատ Տեղադրում և
մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում
տեղում Օգտագործման ձեռնարկ
հայերեն կամ անգլերեն կամ
ռուսերեն Սարքավորումը պետք է
լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

են լիարժեք գործունեության համար
 Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
 Որակի վկայականներ
 (առկայություն) 1. ISO13485 կամ
 համարժեք 2. 93/42/EEC
 դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր
 անհրաժեշտ փորձարկումներն
 անցած CE սերտիֆիկատ կամ
 համարժեք MDR Regulation (EU)
 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր
 անհրաժեշտ փորձարկումներն
 անցած FDA սերտիֆիկատ կամ
 технические характеристики
 համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << UC EU&G 12P-2026/41 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ивафарм ООО					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
23					