

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Հասմիկ Օհանյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	<p>Ավտոկլավ հորզոնական, գոլորշիով, 150 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով: Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է: Ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը: Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության: Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն: Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի</p>

կարող բացվել: Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն: Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից: Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,23ՄՊա կամ 2,3 բար: Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար: Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C: Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում: Ախտահանման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում: Չորացման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում: Տաքության շեղումը $\pm 2^\circ\text{C}$: Ախտահանման խցիկում կարելի է

մոցնել ոչ պակաս քան 39 մմ
տրամագծով բիքս: Ունի LCD դիսփլեյ
աշխատանքային պարամետրերի
ցուցադրման համար: Սնուցումը
380Վոլտ, 50/60Հց, ոչ ավելի քան 14
Կվատտ: Սարքի հետ
կմատակարարվի նաև գոլորշու
մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող
տաք գոլորշու ջերմաստիճանը
իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում
գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու
համար: Լրակազմ և պարագաներ.
Տեղադրում և մեկնարկ,
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում,
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն:
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված: Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար:
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
Որակի վկայականներ
(առկայություն) 1. ISO13485 կամ
համարժեք 2. 93/42/EEC
դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր
անհրաժեշտ փորձարկումներն
անցած CE սերտիֆիկատ կամ

					համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-2026/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					