

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն Վ1Դ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Z60	Z60	Z60	Mindray	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուլգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Որովայնային,

մանկաբարձություն, վահանագեղձ
և կրծքագեղձի
հետազոտություններ,
տրանսկրանիալ, սրտի
հետազոտություններ,
կմախքամկանային, փոքր
մասնիկների և անոթներ դուպլեքս
հետազոտություններ: Ցուցադրման
Էկրան. Բարձր թողունակության
գունավոր շեղուկ-բյուրեղային, ոչ
պակաս, քան` 15 դուպլ
Սկանավորմանմեթոդներ
(ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս
Էլեկտրոնայինգծային Էլեկտրոնային
սրտաբանականֆազային
Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս):
2D (B ռեժիմ), B
ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M-
ռեժիմ, իմպուլս և
անընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW,
գունավորդոպլեր (CDI),
հյուսվածքային և
գտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI),
Էներգետիկդոպլեր և ուղղորդվածԷներ-
գետիկդոպլերպատկերավորում
(PDI/DPDI), Հյուսվածք-
կախյալպատկերավորում (TSI),
տրապեցանմանպատկերավորում:
Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում.

256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B
ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B
+ M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI
+ PW, B + CW, B + CDI + CW, B +
PDI + CW

Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր
տվիչների հետակտիվացման հնարավոր
որոշումն Յուրաքանչյուր տվիչի և սկ
անավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի
ամարոչպակաս, քան երեքը նտրովի
աճախականություններ Անհատակա
նռեժիմներում պատկերի ստացման ալ
գորի թմի օպտիմալացման և աղմուկի
նվազեցման հնարավորություն Անատ
ոմիական կառուցվածքների հայտնաբ
երում ըբարելավելու համար օպտիմալ
ացման առկայություն Տրապեցան մա
նպատկերավորում բոլոր գծային տվիչ

ների օգնությամբ, կրծքագեղծի,
անոթների, կմախքա-մկանային և վ
ահանագեղծի պատկերավորման ռեժի
մներում կիրառման համար Տվիչի միա
ժամանակ միացման համարակտիվկո

նեկտոր, ոչպակաս, քան 3
Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական,
բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,
վերև / ներքևի պատկերավորում B
ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝
կարգավորվող էտրությունը,

ոչպակաս, քան՝ 40 սմ
Պատկերի խոշորացում,
ոչպակաս քան՝ 10 անգամ
Դինամիկ տիրույթը, ոչպակաս, քան՝
180 դբ Հյուսվածքային պատկերավոր
մանուկ տիմիզացիայի առնվազն 4
տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան,
հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալ
ացման առկայությունն Իմպուլս-ալիք
ային ռեժիմում արագության միջակայ
ք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ
Դիրքի և ծավալի կարգավորումիմպու
լսալիքային դոպլերի համար,
ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհա
տալիքային դոպլեր ռեժիմում արագու
թյան միջակայք, ոչպակաս, քան՝
0,01-40 մ / վ Չափումներ և
հաշվետվություններ.
Բոլոր ստանդարտները B, M և
դոպլեր ռեժիմներում
Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ,
սրտաբանություն, գինեկոլոգիա,
մանկաբարձական,
մանկաբուժական, փոքր մասեր,
վահանագեղձ, տրանսկրանիալ,
անոթային, ստանդարտ կենսաչափու
թյան հաշվետվություններ և օգտագո
րծողի կողմից ընտրովի հաշվետվոյն
ունեն, բոլոր հաշվետվությունները ավ

<p>ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 417-0320-12P-26/10</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>		<p>տոմատկերպով պահվում են համակարգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք Էլեկտրաէներգիայի սուղումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների իրակազմ. Էլեկտրոնային կոնվեքս. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավասքան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Էլեկտրոնային գծային. Հաճախականությունը, ստորինը՝ Технические характеристики ոչավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչավասքան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-ից ոչ պակաս</p>
<p>2</p>					<p>Էլեկտրոնային ֆազային սրտաբանական սովիչ. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավասքան 6 ՄՀց Բացվածքը՝ 90 աստիճան Երաշխիք՝ ոչավաս, քան 12 ամիս Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածու են ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորումն ամբողջական գործարկման համար Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց</p>

				(վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համարժեք CE mark (93/42 / directive) կամ FDA
--	--	--	--	--