

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	-	-	ՊՇՌ խցիկ. բարձր ինտենսիվությամբ, օգոն չարտազատող ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացում՝ 25 Կտ ՈւՄ-Շ լամպ (253.7 նմ), առնվազն 9000 ժամ ծառայության տևողությամբ: Հատուկ արտոնագրված ուլտրամանուշակագույն օդի ռեցիրկուլյացիա՝ շարունակական ներքին ախտահանման համար, առնվազն 20 մ³/ժ: Ուլտրամանուշակագույն լամպի ավտոմատ անջատում պաշտպանիչ Էկրանի բացման դեպքում: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները արգելափակող պանելներ՝ »99.9% պաշտպանություն՝ օպերատորի անվտանգության ապահովման համար: Թափանցիկ պատեր՝ ավելի լավ տեսանելիության և օգտագործողի հարմարավետության համար: Թվային սենսորային ինտերֆեյս՝ ժամանակաչափի կարգավորման, լամպի վիճակի և սպասարկման ծանուցումների համար: Մալուխի անցք՝ սարքի ներսում փոքր լաբորատոր սարքավորումներ աշխատեցնելու համար: Ցածր աղմուկ և ցածր էներգասպառում՝ հանգիստ օդափոխիչի համակարգ և արդյունավետ աշխատանք: Թվային դիսփլեյ՝ առնվազն 3,5", հպումային, համատեղելի

		բժշկական ձեռնոցների հետ և լամպի կյանքի տևողության թայմեր: Պատերի նյութը՝ պոլիմեթիլ մեթակրիլատ (plexiglas): Աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկուն փոշեներկված պողպատ: Բաց ուլտրամանուշակագույն լամպ՝ 1 x 25 Վտ, ուլտրամանուշակագույն-С տիպի, բակտերիասպան: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մակարդակ՝ առնվազն 18 մՎտ/սմ²/վրկ: Ճառագայթման տեսակը՝ ուլտրամանուշակագույն (ալիքի երկարությունը՝ 253.7 նմ), առանց օզոնի արտազատման: Ուղղակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման թվային ժամանակաչափ՝ առնվազն 1 րոպեից մինչև 24 ժամ/անընդհատ (1 րոպե քայլով): Ուլտրամանուշակագույն ռեցիրկուլյատոր՝ 1x25 Վտ (արդյունավետությունը՝ »99% մեկ ժամում): Աշխատանքային տարածքի լուսավորման համար լամպ՝ 1x15 Վտ: Ուլտրամանուշակագույն պաշտպանություն՝ »99.90% պոլիմեթիլ մեթակրիլատ: Աշխատանքային տարածք՝ առնվազն 645x490 մմ: Ուլտրամանուշակագույն լամպի ավտոմատ անջատում էկրանի բացման դեպքում: Սարքի ներսում էլեկտրական վարդակներ: Մուտք էլեկտրալարերի համար: Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավել, քան 67 Վտ: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Արտադրողը պետք է ունենա (առնվազն)՝ ISO 13485 հավաստագիր: CE հավաստագրի առկայություն՝ առնվազն հետևյալ դիրեկտիվաներով. LVD 2014/35/EU , EMC 2014/30/EU ,Directive 2011/65/EU RoHS3 2015/863/EU, WEEE 2012/19/EU:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6			