

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ անասնաբուժական բազմաֆունկցիոնալ մոնիտորինգի համակարգ՝ առնվազն 12.1” գույնավոր LED էկրանով, 3/5 լիդ ECG մշտադիտարկմամբ (սրտի հաճախություն և ռիթմ), ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշման ավտոմատ/ձեռքով չափման ռեժիմներով (NIBP), արյան թթվածնային հագեցվածության (SpO<sub>2</sub>) և պուլսի հաճախության վերահսկմամբ, մարմնի ջերմաստիճանի և շնչառության հաճախության մոնիտորինգով, ձայնային և տեսողական տազնապային ազդանշաններով (սահմանային արժեքների կարգավորմամբ), տվյալների պահպանման և տրենդների դիտարկման հնարավորությամբ, մարտկոցային պահուստային սնուցմամբ և կոմպակտ կառուցվածքով՝ նախատեսված կլինիկական, վիրաբուժական և վերակենդանացման անասնաբուժական կիրառությունների համար: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքեստուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսուհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Амура в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	