

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ անասնաբուժական բազմաֆունկցիոնալ մոնիտորինգի համակարգ՝ առնվազն 12.1” գույնավոր LED էկրանով, 3/5 լիդ ECG մշտադիտարկմամբ (սրտի հաճախություն և ռիթմ), ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշման ավտոմատ/ձեռքով չափման ռեժիմներով (NIBP), արյան թթվածնային հագեցվածության (SpO₂) և պուլսի հաճախության վերահսկմամբ, մարմնի ջերմաստիճանի և շնչառության հաճախության մոնիտորինգով, ձայնային և տեսողական տազնապային ազդանշաններով (սահմանային արժեքների կարգավորմամբ), տվյալների պահպանման և տրենդների դիտարկման հնարավորությամբ, մարտկոցային պահուստային սնուցմամբ և կոմպակտ կառուցվածքով՝ նախատեսված կլինիկական, վիրաբուժական և վերակենդանացման անասնաբուժական կիրառությունների համար: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքեսուևարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսուհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПР-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Минимальные требования к устройству: ветеринарная многофункциональная система мониторинга с цветным светодиодным дисплеем диагональю не менее 12,1 дюйма, мониторингом ЭКГ в 3/5 отведениях (частота и ритм сердечных сокращений), автоматическими/ручными режимами неинвазивного измерения артериального давления (НИАД), мониторингом насыщения крови кислородом (SpO₂) и частоты пульса, мониторингом температуры тела и частоты дыхания, звуковыми и визуальными сигналами тревоги (с регулируемыми порогами), возможностью хранения и анализа тенденций данных, резервным питанием от батареи и компактным дизайном, предназначенным для клинического, хирургического и реанимационного применения в ветеринарии. Дополнительные требования: Устройство должно быть укомплектовано всеми необходимыми для работы принадлежностями, соединительными кабелями, а также документацией. Устройство должно поставляться в заводской упаковке. После установки устройство должно быть приведено в рабочее состояние. Гарантийный срок составляет не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за датой получения товара Покупателем. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности его доставки - транспортировка в сервисный центр, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец.</p>