

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Fritsch	Fritsch	Pulverisette 23	Fritsch	Լաբորատոր միսի-աղաց հավաքածու՝ միջին կարծրության, փխրուն և խոնավ նմուշները հեղուկ կամ չոր միջավայրում մանրացնելու, ինչպես նաև կրիոգեն (հեղուկ ազոտով սառեցվող) մանրացման համար: Սարքը պետք է հնարավորություն տա մանրացնել սառեցված հյուսվածքների և բջջիների նմուշներ: • Մանրացման տեսակը՝ հարվածային ուժով: • Մանրացրած մասնիկի չափերը մինչև 5 մկմ: • Նմուշի նվազագույն ծավալը 0.1մլ: • Նմուշի առավելագույն ծավալը 15մլ: •

Մանրացնող բաժակի
 տատանումները թույլտվում 900-3000,
 ամպլիտուդան՝ 5-10 մմ : •
 Մանրեցման ժամանակ՝ մի քանի
 վայրկյանից մինչև մի քանի թույլտվում : •
 Թվային էկրան, ժամանակը և
 տատանումները կարգավորելու
 հնարավորություն : • Ընդհանուր
 էներգիայի սպառումը միաֆազ՝
 100-240V, 50-60Hz, ոչ ավել 70 Վտ :
 Ապրանքի մաքուր քաշը ոչ ավել 7
 կգ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 75
 դԲ : Աղացքը պետք է ունենա՝ □
 առնվազն 1 հատ մանրացման
 տարա՝ 15-20 մլ ծավալով,
 կափարիչով : Նյութը՝ ցիրկոնիումի
 երկօքսիդ □ առնվազն 4 հատ
 մանրացման գնդիկներ, 12-17 մմ
 տրամագծով՝ նյութը՝ ցիրկոնիումի
 երկօքսիդ □ առնվազն 10 հատ
 մանրացման գնդիկներ, 5-10 մմ
 տրամագծով՝ նյութը՝ ցիրկոնիումի
 երկօքսիդ □ առնվազն 1 հատ
 մանրացման տարայից՝ 15-20 մլ
 ծավալով, կափարիչով : Նյութը՝
 չժանգոտվող պողպատ □ առնվազն
 4 հատ մանրացման գնդիկներ,
 12-17 մմ տրամագծով՝ նյութը՝
 չժանգոտվող պողպատ □ առնվազն

				10 հատ մանրացման գնդիկներ, 5-10 մմ տրամագծով՝ նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Սարքը պետք է ունենա կափարիչի ապահով փակման մեխանիզմ, լինի կոմպակտ և ցածր աղմկային համակարգ: Համապատասխան եվրոպական կանոնակարգերի: Տրամադրել կիրառման ձեռնարկ, ISO 9001 և արտադրողի CE սերտիֆիկատների առկայություն: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն • Մասնագետի մասնակցությամբ համակարգի տեղադրում և փորձարկում, ոչ պակաս 2 օր: Մեթոդաբանության ներդնում
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Fritsch	Fritsch	Pulverisette 23	Fritsch	Լաբորատոր միկսի-աղաց հավաքածու՝ միջին կարծրության, փխրուն և խոնավ նմուշները հեղուկ կամ չոր միջավայրում մանրացնելու, ինչպես նաև կրիոգեն (հեղուկ ազոտով սառեցվող) մանրացման համար: Սարքը պետք է հնարավորություն տա մանրացնել սառեցված հյուսվածքների և բջիջների նմուշներ: • Մանրացման տեսակը՝ հարվածային ուժով: • Մանրացրած մասնիկի չափերը մինչև 5 մկմ: • Նմուշի նվազագույն ծավալը 0.1մլ: • Նմուշի առավելագույն ծավալը 15մլ: •

Մանրացնող բաժակի
 տատանումները թույլտվում 900-3000,
 ամպլիտուդան՝ 5-10 մմ : •
 Մանրեցման ժամանակ՝ մի քանի
 վայրկյանից մինչև մի քանի թույլտվում : •
 Թվային էկրան, ժամանակը և
 տատանումները կարգավորելու
 հնարավորություն : • Ընդհանուր
 էներգիայի սպառումը միաֆազ՝
 100-240V, 50-60Hz, ոչ ավել 70 Վտ :
 Ապրանքի մաքուր քաշը ոչ ավել 7
 կգ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 75
 դԲ : Աղացքը պետք է ունենա՝ □
 առնվազն 1 հատ մանրացման
 տարա՝ 15-20 մլ ծավալով,
 կափարիչով : Նյութը՝ ցիրկոնիումի
 երկօքսիդ □ առնվազն 4 հատ
 մանրացման գնդիկներ, 12-17 մմ
 տրամագծով՝ նյութը՝ ցիրկոնիումի
 երկօքսիդ □ առնվազն 10 հատ
 մանրացման գնդիկներ, 5-10 մմ
 տրամագծով՝ նյութը՝ ցիրկոնիումի
 երկօքսիդ □ առնվազն 1 հատ
 մանրացման տարայից՝ 15-20 մլ
 ծավալով, կափարիչով : Նյութը՝
 չժանգոտվող պողպատ □ առնվազն
 4 հատ մանրացման գնդիկներ,
 12-17 մմ տրամագծով՝ նյութը՝
 չժանգոտվող պողպատ □ առնվազն

				10 հատ մանրացման գնդիկներ, 5-10 մմ տրամագծով՝ նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Սարքը պետք է ունենա կափարիչի ապահով փակման մեխանիզմ, լինի կոմպակտ և ցածր աղմկային համակարգ: Համապատասխան եվրոպական կանոնակարգերի: Տրամադրել կիրառման ձեռնարկ, ISO 9001 և արտադրողի CE սերտիֆիկատների առկայություն: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն • Մասնագետի մասնակցությամբ համակարգի տեղադրում և փորձարկում, ոչ պակաս 2 օր: Մեթոդաբանության ներդնում
--	--	--	--	--