ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	WALLFLEX BILIARY Stent	WallFlex™	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Արտադրանքը նախատեսված է չարորակ նորագոյացությունների հետևանքով առաջացած լեղուղիների նեղացումների (ստենոզների) լայնացման համար: Ստենտը պետք է պատրաստված լինի նիտինոլային (Ni-Ti) լարից,, որը պետք է ապահովի և ձևի հիշողություն և գերառածգականություն: Ստենտը պետք է հասանելի լինի թաղանթապատ/մասնակի թաղանթապատ /covered / partially covered կամ առանց թաղանթի/uncovered (bare-metal) տարբերակներով: Պետք է հասանելի լինեն մետաղական (Bare-metal) և արտադրողի տեսականու շրջանակում մեկ կամ մի քանի տարբերակ ևս: Ստենտը պետք է ապահովի ջերմային ակտիվացում՝ տեղադրման ընթացքում դառնալով ավելի ճկուն և հեշտ կառավարելի, իսկ մարմնի ջերմաստիճանում (»33°C) պետք է

				ընդարձակվի՝ ապահովելով անհրաժեշտ բացում Ստենտը պետք է մատակարարվի ներդրման համակարգով Համատեղելությունը ՝ էնդոսկոպի միջոցով (TTS – through-the-scope) կամ OTW (over-the-wire) տարբերակը: Ստենտը պետք է օպտիմալ կերպով հարմարվի լեղուղիների անատոմիական ծռումներին: Ստենտի վրա պետք է առկա լինեն հատուկ նշաններ (imaging markers), որոնք հստակ տեսանելի լինեն ռենտգենի կամ էնդոսկոպիայի տակ՝ ապահովելով տեղադրման բարձր ճշգրտություն: Որոշ մոդելների դեպքում՝ մասամբ բացված վիճակում վերադիրքավորման (repositioning) հնարավորություն : Չափսեր • Ստենտի տրամագիծ՝ 6–10 մմ • Ստենտի երկարություն՝ 40–120 մմ • Ներմուծման համակարգի տրամագիծ՝ ոչ ավելի քան 8–10 Fr (կամ համարժեք) Ներմուծման համակարգը ներառում է ստենտ, ներդրման համակարգ: Ուղղորդող լարը կարող է ներառվել որպես լրացուցիչ բաղադրիչ, սակայն մատակարարումը թույլատրվում է նաև առանց դրա: Արտադրանքը պետք է ունենա CE սերտիֆիկատ կամ համապատասխանի ISO կամ YY/T ստանդարտներին : Արտադրանքը ստերիլիզացված է էթիլենօքսիդով (EO):Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն կենսահամատեղելի և ունենան կենսահամատեղելիության հավաստում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒՀԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-