

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	WallFlex/ULTRAFLEX Eso Stent	Ultraflex™ Esophageal NG	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ինքնաընդարձակվող մետաղական ստենտը նախատեսված է կերակրափողի նեղացումների (ստենոզների) լայնացման համար , չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված խցանումների վերացման համար և պալիատիվ բուժման նպատակով : Ստենտը պատրաստված է նիտինոլային (Ni-Ti) լարից,, որը պետք է ապահովի և ձևի հիշողություն և գերառաձգականություն: Հասանելի է մետաղական (Bare-metal) /uncovered և արտադրողի տեսականու շրջանակում մեկ կամ մի քանի տարբերակ ևս: Ստենտը պետք է մատակարարվի ներդրման համակարգով Համատեղելությունը ` Էնդոսկոպի միջոցով (TTS - through-the-scope) կամ OTW (over-the- wire) տարբերակը: Չափերը ` ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ստենտը պետք է ապահովի ` •

				<p>Ինքնալայնացում մարմնի ջերմաստիճանում • Բավարար ռադիալ ուժ • Միգրացիայի ռիսկի նվազեցում</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Որոշ մոդելների դեպքում՝ օ վերադիրքավորման (repositioning) հնարավորություն մասնակի բացման փուլում օ հեռացման/կարգավորման համար</li></ul> <p>նախատեսված լաստ (պետյա) • Ճածկված ստենտների դեպքում՝ ուռուցքային ներխուժման ռիսկի նվազեցում</p> <p>Ստենտի վրա պետք է առկա լինեն հատուկ նշաններ (imaging markers), որոնք հստակ տեսանելի լինեն ռենտգենի կամ Էնդոսկոպիայի տակ՝ ապահովելով տեղադրման բարձր ճշգրտություն: Ներմուծման համակարգը պետք է ներառի ստենտ, ներդրման համակարգ: Ուղղորդող լարը ներառվում է որպես լրացուցիչ բաղադրիչ, սակայն մատակարարումը թույլատրվում է նաև առանց դրա: Արտադրանքը պետք է ունենա CE սերտիֆիկատ կամ համապատասխանի ISO կամ YY/T ստանդարտներին : Արտադրանքը պետք է ստերիլիզացված լինի էթիլենօքսիդով (EO): Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն կենսահամատեղելի և ունենան կենսահամատեղելիության հավաստում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-